



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Myszków, dn. 08-12-2021 r.

SP ZOZ/DZ/54/2021
(nr ref. postępowania)

Wyjaśnienia do zapytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
**„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORA
RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ DLA POTRZEB ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I
INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE”**

W związku z zapytaniami do treści zapytania w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuści ilość oznaczeń jednej kasyety min. 440?

Odp.: Nie, Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z zapytaniem.

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuści czas oznaczenia próbki do 90 sekund?

Odp.: Nie, Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z zapytaniem.

Pytanie 3 Dotyczy Pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści analizator parametrów krytycznych, gdzie kalibracja każdego parametru jest fabryczna zapisana w chipie kasyety?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4 Dotyczy Pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści analizator parametrów krytycznych, gdzie nie jest monitorowany poziom odczynników, ale automatycznie podawana jest ilość badań możliwych jeszcze do wykonania ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5 Dotyczy Pkt.28

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator wyposażony w Inteligentny System Zarządzania Jakością, który w sposób całkowicie automatyczny wyręcza Operatora przeprowadzając bez jakiegokolwiek jego ingerencji badania kontroli jakości po każdym oznaczeniu, co 4 godziny co 12 i 24 godziny za pomocą 4 różnych płynów kontroli jakości, wykrywa powszechne błędy takie jak mikroskrępy, pęcherze powietrza, substancje interferujące, automatycznie usuwa wykryte błędy oraz wszystkie te czynności dokumentuje w Raporcie Działań Korygujących?

Na dokumentację kontroli jakości w tym systemie, oprócz Raportu Działań Korygujących składa się także wykres Delta będący graficzną interpretacją wyników kontroli jakości i będący odpowiednikiem wykresu Levey-Jenningsa opracowany przy współudziale Prof Jamesa Westgarda. Wykres Delta jest odrębny dla każdego parametru, dla każdego poziomu kontroli jakości. Koordynator POCT ma bieżący dostęp z pozycji swojego komputera do wyżej opisanej dokumentacji kontroli jakości. W systemie IQM będącym najnowocześniejszym systemem kontroli jakości nadzór polega jedynie na comiesięcznym wglądzie i archiwizacji powyższych dokumentów bez konieczności wglądu w poszczególne wyniki kontroli jakości czy też dokonywania jakichkolwiek obliczeń. System IQM dokonuje wszystkich tych czynności w sposób całkowicie automatyczny bez udziału Operatora czuwając nad tym, aby wyniki kontroli jakości dla poszczególnych parametrów mieściły się w zakresach błędu dopuszczalnego dla

każdego parametru. W systemie iQM nie ma potrzeby ani nie jest celowe przesyłanie wyników kontroli jakości wraz z prawidłowymi zakresami wartości dla materiałów kontrolnych do HIS.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5 Dotyczy pkt. 12 „Podłączenie do sieci Szpitala-AMMS (HIS poprzez LIS) po stronie Wykonawcy”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie aparatu bezpośrednio do systemu AMMS w trybie bez zleceńowym? Wyniki badań z aparatu trafią, poprzez wprowadzony w trakcie badania MIP (Medyczny Identyfikator Pacjenta), do jego historii choroby?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dysponuje i udostępni stację roboczą/maszynę wirtualną z dostępem do AMMS, która konieczna będzie do postawienia procesu wymiany danych aparat-AMMS, czy Wykonawca musi takową stację roboczą dostarczyć? Stacja robocza/maszyna wirtualna nie musi być dedykowana tylko dla działania tego procesu wymiany danych.

Odp.: Tak, Zamawiający dysponuje i udostępni stację roboczą/maszynę wirtualną z dostępem do AMMS.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

.....*Dr. n. med. Adam Miskiewicz*
Zatwierdził:

Magdalena
Dziechciarz-
Pucek

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena
Dziechciarz-Pucek
Data: 2021.12.08 08:57:07
+01'00'