



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

SP ZOZ/DZ/20/2020

(nr ref. postępowania)

Myszków dnia 28-05-2020r.

.....  
(Wykonawcy/strona internetowa Zamawiającego  
[www.bip.zozmyszkow.pl](http://www.bip.zozmyszkow.pl) )

**Wyjaśnienia**

**do treści zapytania ofertowego na zadanie:**

**Zakup i dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do treści zapytania ofertowego na w/w zadanie w załączeniu zamieszczamy/ przesyłamy następujące wyjaśnienia:

**Pyt. nr 1**

Pakiet nr 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiznie 3/8 koła ?

Odp.: Tak.

**Pyt. nr 2**

Pakiet nr 8, poz. 6,8

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o zakończeniu tnącym (przyostrzoną) ?

Odp.: Tak.

**Pyt. nr 3**

Pakiet nr 8, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 240 cm?

Odp.: Tak.

**Pyt. nr 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści nić o okresie wchłaniania 56-70 dni pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak.

**Pyt. nr 5**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 1-2:

1. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **2%** wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy za każdy dzień opóźnienia o ile przyczyny opóźnienia nie zostały przedstawione na piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.**

Odp.: Nie.

Pyt. nr 6

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej **części** wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 7

**Pakiet 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej z nitką o grubości „0”?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 8

**Pakiet 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 65mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 9

**Pakiet 1, pozycja 3, 5, 7, 9** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 10

**Pakiet 3, pozycja 1** – Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści zaoferowanie igły okrągłej podwójnej wzmocnionej wykonanej z najmocniejszej stali chirurgicznej serii 300?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 11

**Pakiet 3, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 12

**Pakiet 4, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej o długości 13mm wykonanej z najmocniejszej stali chirurgicznej serii 300 bez?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 13

**Pakiet 4, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej kosmetycznej bez określenia „z zakończeniem micro-point” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Tak

Pyt. nr 14

**Pakiet 4, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły 3/8 koła odwrotnie tnące bez określenia „z zakończeniem mico-point, plastyczna, kosmetyczna”?

Odp.:Tak.

Pyt. nr 15

**Pakiet 4, pozycja 8** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 16

**Pakiet 4, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.:Tak.

Pyt. nr 17

**Pakiet 7, pozycja 1 – 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 18

**Pakiet 7, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej pogrubionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 ?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 19

**Pakiet 7, pozycja 2-3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 20

**Pakiet 9** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 % ?

Odp.: Tak.

Do wiadomości:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.
2. Strona internetowa Zamawiającego: [www.bip.zozmyszkow.pl](http://www.bip.zozmyszkow.pl)
3. a/a.

-Dariusz Kaczmarek-

.....  
(Dyrektor/kierownik Zamawiającego)

Sporządził:

-Marek Winiarski-

.....