



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Myszków, dn. 01-04-2021 r.

SP ZOZ/DZ/8/2021
(nr ref. postępowania)

Wyjaśnienia do zapytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
**„WYKONANIE USŁUGI SERWISOWANIA, PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU
KOMPUTEROWEGO SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W PRACOWNI
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE”**

W związku z zapytaniami do treści zapytania w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie nr 1: punkt 2.2.a

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał narzędzia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym kody serwisowe na etapie realizacji zamówienia w przypadku ich niezbędnego użycia.

Pozostawiając ww. zapisy bez zmian wymuszają na Wykonawcach poniesienie kosztów nabycia kodów serwisowych do konkretnego aparatu przed udzielaniem mu zamówienie. Wykonawca nie ma gwarancji, iż jego oferta będzie najkorzystniejsza.

Odp.: Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia zgodnie z treścią załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie poproszony o przedstawienie Zamawiającemu, na potwierdzenie zgodności złożonego oświadczenia odpowiednich dokumentów.

Pytanie nr 2: punkt 2.2.b

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli osoby (inżynierowie) świadczące serwis urządzeń posiadają aktualne certyfikaty szkoleniowe wydane przez producenta aparatu lub autoryzowaną przez producenta jednostkę lub inny ośrodek szkolący?

Odp.: Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia zgodnie z treścią załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie poproszony o przedstawienie Zamawiającemu, na potwierdzenie zgodności złożonego oświadczenia odpowiednich dokumentów.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie roku produkcji tomografu komputerowego.2008 r.

Odp.: Tomograf komputerowy wyprodukowany został w roku 2008.

Pytanie nr 4

Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:
„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na zakończenie określonego przez producenta okresu gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.” Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie nr 5 – pkt. 1.4. Modyfikacje

Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający pod „Dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji” ma na myśli modyfikacje wpływające na bezpieczeństwo pacjenta, a nie na rozbudowę/upgrade systemu.

Odp.: Zamawiający nie posiada w pkt. 1.4 Modyfikacje ww. zapisu.

Pytanie nr 6 – pkt. 1.4. Modyfikacje

Dot. Zapytanie ofertowe pkt. 4. Modyfikacje, pkt. 5 Części zamiennie i komponenty specjalneTiret3

Zamawiający w dokumentacji wskazał iż, *Wykonawca zobowiązuje się w ramach złożonej oferty i na swój koszt do wykonywania niezbędnych modyfikacji urządzenia medycznego oraz dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.* Wskazujemy, iż ww. zapis jest nieprecyzyjny w związku z powyższym prosimy o wykreślenie ww. zapisów dokumentacji, lub ewentualnie precyzyjne określenie zakresu ww. modyfikacji i wymaganych do dostarczenia materiałów do modyfikacji.

Przy obecnym brzmieniu opisu przedmiotu zamówienia poza samym producentem aparatu (lub spółkami z nim powiązanymi) żaden z innych wykonawców nie jest w stanie precyzyjnie ustalić zakresu swojego świadczenia, ani tym bardziej go wycenić.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany w treści dokumentacji i wykreślenie zapisów odnoszących się do modyfikacji i dostawy materiałów do ww. modyfikacji, lub ewentualnie dokładne opisanie przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zakresie, w szczególności poprzez precyzyjne **określenie jakie modyfikacje ma Zamawiający na myśli tj. wskazanie ilości i zakresu ww. modyfikacji oraz przedstawienie harmonogramu planowanych modyfikacji w okresie trwania umowy**, które wykonawcy powinni przyjąć na potrzeby kalkulacji cen ofertowych.

Odp.: Zamawiający modyfikuje ww. zapis nadając mu brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się w ramach złożonej oferty i na swój koszt do wykonywania niezbędnych modyfikacji urządzenia medycznego”.

Pytanie nr 7 – Dot. Zapytanie pkt. 2.1.b

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia nowych części zamiennych do aparatu, natomiast w przypadku wydłużonego terminu ich dostawy – w celu skrócenia czasu ewentualnego przestoju aparatu - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę, w celu wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, części regenerowanych/używanych (oprócz lampy RTG do tomografu), jednakże **nieodbiegających parametrami od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta. Nadmieniamy, iż części regenerowane/używane posiadają gwarancję na taki sam okres, jaki oferuje producent na części nowe.** Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatów jak podczas instalacji części nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych, których Zamawiający jest dysponentem, i za których racjonalne wydatkowanie podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 8 – Dot. Zapytanie pkt. 2.2.b

Zamawiający w SIWZ wskazał, iż *osoby (inżynierowie) świadczące serwis urządzeń posiadają aktualne certyfikaty szkoleniowe wydane przez producenta aparatu lub autoryzowaną przez producenta jednostkę.*

Zaznaczamy, że wymaganie certyfikatów wydanych przez producenta aparatu lub autoryzowaną przez producenta jednostkę, stawia w uprzywilejowanej pozycji producenta sprzętu i jego autoryzowanego przedstawiciela.

Wskazujemy, iż pozostawienie zapisów w dotychczasowym kształcie, dopuści do udziału w postępowaniu jedynie producenta tomografu komputerowego, natomiast wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców niezależnych od producenta serwisujących od wielu lat aparaty do diagnostyki obrazowej firmy Siemens, a tym samym posiadających wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

W konsekwencji, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz prawidłowe wykonanie zamówienia, dopuści do udziału w przetargu Wykonawców posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów komputerowych produkcji Siemens potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez podmioty niezależne od producenta, jednak od wielu lat zajmujące się szkoleniem serwisantów aparatury medycznej.

Odp.: Zgodnie z zapisami pkt. 2.2 pkt. b oraz zgodnie z zapisami załącznika nr 3.

.....
Zatwierdził: