



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Myszków, dnia 12-03-2020r.

SP ZOZ/DZ/8/2020
(nr postępowania)

.....
(strona internetowa Zamawiającego)

www.bip.zozmyszkow.pl

**Wyjaśnienia
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 519828-N-2020 z dnia 04-03-2020r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:

Dostawa sprzętu medycznego – materiałów do zabiegów i operacji dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.

W związku z otrzymanymi zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) wyjaśniamy co następuje:

Pyt. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji? Pakiet Nr. 15 składałby się z pozycji 15/2, czyli drutów Kirschnera oraz gwoździ, czyli pozycja 1-17. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

Odp.: Nie.

Pyt. nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8:

taśmę polipropylenową, monofilamentową z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłaniającą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 3

Dotyczy zapisów SIWZ pkt VII ppkt 2:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 4

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania: Płytki do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytki w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub

blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi (możliwość użycia śrub zmienno kątowych 2,4 mm z gniazdem gwiazdkowym). Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Wysokość klina od 0 do 7 mm, materiał tytan?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 5

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 2** dopuści możliwość zaferowania śruby blokującej stabilno kątowej o średnicy 2,4mm, samogwintującej, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, o długości od 10 do 30 mm, materiał tytan oraz śrub zmienno kątowych 2,4 mm z gniazdem gwiazdkowym?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 6

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 3** dopuści możliwość zaferowania śrub kompresyjnych kaniulowanych ze średnicą główki 3,3/3,5 mm oraz ze średnicą gwintu na końcu śruby 2,4/3,0mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 7

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 3** dopuści możliwość zaferowania drutu prowadzącego Kirschnera o średnicy 1,0mm?

Odp. : Nie.

Pyt. nr 8

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 1-6** dopuści możliwość zaferowania Płytki kształtowej T o szerokości ramienia 38 mm zamiast 34 mm, oraz na wkręty 4,5 mm zamiast 4,5; 6,5 mm przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 9

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 7-12** dopuści możliwość zaferowania Płytki ukośnej T o szerokości ramienia 24 mm zamiast 23 mm, oraz na wkręty 3,5; 4,0 mm zamiast 4,5 mm?

Odp.:

Pyt. nr 10

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 7 i 10** dopuści możliwość zaferowania Płytki o dł. 54 mm zamiast 53 mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 11

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 13-18** dopuści możliwość zaferowania Płytki koniczynki, grubość 1,5 mm zamiast 1,2 mm, szerokość ramienia 35 mm zamiast 39 mm, na wkręty 3,5; 4,5 mm zamiast 4,5; 6,5 mm oraz odpowiednio o dł.:

- 88 mm dla płytki 3-otworowej,
- 104 mm dla płytki 4-otworowej,
- 118 mm dla płytki 5-otworowej,
- 136 mm dla płytki 6-otworowej,
- 152 mm dla płytki 7-otworowej,
- 168 mm dla płytki 8-otworowej?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 12

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 19-21** dopuści możliwość zaferowania płytki wyłącznie pod wkręty 2,7mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 13

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 24** dopuści możliwość zaoferowania płytki uniwersalnej do prawej i lewej kończyny?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 14

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 26-29** wymaga zaoferowania płytek blokowanych?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 15

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 30** dopuści możliwość zaoferowania płytki wyłącznie pod wkręty 2,0mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 16

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 31-32** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 1mm, szerokość 5mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 17

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 33-34** dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości ramienia T 11mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 18

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 35** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 1,0mm, szerokość ramienia 11mm, 2 otworowe na wkręty o średnicy 2,0mm L 18mm, 4 otworowe?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 19

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 36** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 1,0mm, szerokość ramienia 12mm, 2 otworowe na wkręty o średnicy 2,0mm L 18mm, 4 otworowe?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 20

Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z **Pakietu 15/4 poz. 37** w odrębny pakiet, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 21

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/6 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ dla średnicy $d = 8\div 13$ mm blokowanych śrubami $\varnothing 4,5$ mm oraz dla średnicy $d = 6\div 7$ mm blokowanych śrubami $\varnothing 4,5$ mm oraz $\varnothing 3,5$ mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 22

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/6 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ udowych posiadających w części dalszej 3 otwory, w co najmniej 2 płaszczyznach zamiast 4?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 23

W związku z niewielkim rocznym zapotrzebowaniem, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w zakresie **Pakietu nr 15/6**, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 24

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia oferty na cały pakiet 15 poz. 1 do poz. 6 na rzecz złożenia oferty na poszczególne części? Umożliwiłoby to uzyskanie konkurencyjnych ofert. Nie.

Odp.:

Pyt. nr 25

Pakiet nr 15

wkręty kostne, wiertła, podkładki

Poz. 6 i 8 – Czy Zamawiający dopuści wkręty z gniazdem heksagonalnym zamiast krzyżakowym?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 26

Poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści wkręty o długości od 35mm do 60mm zamiast od 36mm do 60mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 27

plytki

Poz. 1-13 oraz 19-24 – Czy Zamawiający dopuści szerokość 16,5mm zamiast 16mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 28

Poz. 14-15 – Czy Zamawiający dopuści szerokość 11,5mm zamiast 11mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 28

Poz. 16-18 – Czy Zamawiający dopuści szerokość 10,2mm zamiast 11mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 29

Poz. 22 – Czy Zamawiający dopuści długość płytki 219mm zamiast 199mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 30

Poz. 23 – Czy Zamawiający dopuści długość płytki 255mm zamiast 231mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 31

Poz. 24 – Czy Zamawiający dopuści długość płytki 296mm zamiast 263mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 32

Poz. 25-29 – Czy Zamawiający dopuści płytki pod wkręty 3,5mm zamiast 4,5mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 33

Poz. 30-34 – Czy Zamawiający dopuści płytki pod wkręty 3,5mm, 2,7mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 34

Poz. 35-36 – Czy Zamawiający dopuści płytki 1/4 koła o grubości 0,8mm zamiast 1/3 koła o grubości 1mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 35

Poz. 39 – Czy Zamawiający dopuści płytki 1/6 koła gr. 0,8mm L-23mm zamiast 1/4 koła gr. 1,0mm L-30mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 36

Czy Zamawiający usunie zapis pod formularzem cenowym w zakresie „Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania mikroplytek z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty.” jako nieadekwatny do wyrobów?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. nr 37

plytki kształtowe

Poz. 32 – Czy Zamawiający miał na myśli szerokość płytki 5mm zamiast grubość?

Odp.: Tak, dotyczy szerokości.

Pyt. nr 38

dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy

Czy Zamawiający usunie zapis pod formularzem cenowym w zakresie „Zamawiający wymaga aby w skład instrumentarium wchodziła końcówka do frezowania (RYMER) trójpłaszczyznowa, kompatybilna z napędem STRYKER” jako nieadekwatny do wyrobów?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 39

gwoździe śródszpikowe

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści gwoździe piszczelowe w zakresie długości L=270-390mm ze skokiem co 15mm, do długości 390mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 8-12mm w wersji tylko kaniulowanej bez wersji litej zamiast przypisanych w tym zakresie parametrów w SIWZ?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 40

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści śruby zaślepiające w 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm zamiast w 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 41

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści gwoździe ramienne w zakresie długości L=180-320mm ze skokiem co 20mm, do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica 6-9mm (adekwatnie korekta średnicy przy rozpisie kompletu 8-9mm zamiast 8-13mm oraz 6-7mm zamiast 6-8mm) zamiast przypisanych w tym zakresie parametrów w SIWZ?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 42

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści śruby zaślepiające w 3 rozmiarach w zakresie 0-10mm zamiast w 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 43

Poz. 3 - Czy zamawiający dopuści gwoździe udowe w zakresie długości L=240-460mm ze skokiem co 20mm, do długości 460mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 9-12mm w wersji tylko kaniulowanej bez wersji litej zamiast przypisanych w tym zakresie parametrów w SIWZ?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 44

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści śruby zaślepiające w 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm zamiast w 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium każdorazowo do zabiegu? Z uwagi na małe ilości implantów do zakupu oraz możliwość niewykorzystania tych ilości, przechowywanie trzech instrumentariów oraz depozytu implantów przez cały okres trwania umowy będzie miało znaczny wpływ na cenę oferty. W związku z czym prosimy o zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium na zamówienie w terminie 4 dni roboczych każdorazowo przed planowanym zabiegiem. Płatność będzie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o protokół założenia implantów.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 46

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy:

Czy Zamawiający doda zapis w §5, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. Odp.: Nie.

Pyt. nr 47
dotyczy Pakietu nr 11

“Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści również zestaw do szycia łąkotek metodą All-inside, składający się z dwóch implantów, wykonanych z poliestru, dający możliwość założenia jednego szwu. Implanty połączone szwem 2-0 niewchłaniałym. Szew z węzłem samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na dwóch pojedynczych, półotwartych, jednorazowych igłach, prostych lub zakrzywionych, posiadających podziałkę i określenie głębokości wbicia w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły za pomocą mechanizmu spustowego w rękojeści?”

Odp.: Nie.

Pyt. nr 48

dotyczy Pakietu nr 16

“Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści również protezę modułową głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa.

Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18 mm.

Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji?”

Odp.: Nie.

Pyt. nr 49

dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp: Tak.

Pyt. nr 50

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w związku z niedostępnością staplerów typu AX55B/AX55G oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca) umożliwiającą jeszcze niższy dostęp do miednicy mniejszej, długość linii cięcia 40mm, stapler umożliwi sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamkniętej zszywki 1,44mm) lub grubej (wysokość zamkniętej zszywki 2,0mm) Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 51

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 1 pod pojęciem „Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 23 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką, posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość ciecicia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy” rozumie i będzie wymagał jednorazową końcówkę do noża harmonicznego - dł. ramienia 23 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Kończówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kończówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość ciecicia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 52

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 2 pod pojęciem „Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką, posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość ciecicia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy” rozumie i będzie wymagał jednorazową końcówkę do noża harmonicznego - dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Kończówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kończówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość ciecicia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 53

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 3 dopuści jednorazowe nożyczki do ciecicia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną kontrolowaną termicznie, współpracujące z kompatybilnym generatorem GEN11, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 38 mm, długość ramienia 20 cm, rotacja pełna 360 o, dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energię, dolny szary uruchamia nóż), końcówka robocza zaprojektowana do jednorazowego użycia?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 54

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień opóźnienia o ile przyczyny opóźnienia nie zostały przedstawione na piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.**

Odp.: Nie.

Pyt. nr 55

Pakiet 5: Poz. 1 – 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zarefowanie siatek pozbawionych niebieskich linii orientujących? pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp.: Tak.

Do wiadomości:

1. Wykonawcy w/g rozdzielnika.
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.zozmyszkow.pl .
3. a/a

Naczelnny Lekarz Szpitala
-lek. Andrzej Sosnowski-

.....
(Dyrektor/kierownik Zamawiającego)

Sporządził:
.....