



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Myszków, dn. 25-03-2020 r.

SP ZOZ/DZ/14/2020
(nr ref. postępowania)

INFORMACJA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:

„WYKONANIE USŁUGI SERWISOWANIA, PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE”

Pytanie Nr 1:

Czy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz zalecenie GIS do przejścia przez pracowników na pracę zdalną, Zamawiający rozważy dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej? (Podpisanej kwalifikowanym podpisem a nie w formie skanu wersji papierowej).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem jednakże dopuszcza również złożenie oferty w formie skanu wersji papierowej.

Zgodnie z zapisami postępowania:

„Ofertę można również złożyć drogą elektroniczną na adres: e-mail: mdziechciarz@zozmyszkow.pl

Termin składania ofert upływa dnia: 27.03.2020 r. o godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 27.03.2019 r. godz. 10:30”

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy nowego postanowienia o następującej treści?:

„Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”

Uzasadnienie:

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmoczonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”

Pytanie Nr 3 dot. rozdz. 2 pkt. 2.2 lit. a)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie miał prawo weryfikacji złożonych przez Wykonawcę oświadczeń tj. że Zamawiający będzie mógł zweryfikować czy Wykonawca posiada dostęp do kodów serwisowych

Odp.: Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia zgodnie z treścią załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie poproszony o przedstawienie Zamawiającemu, na potwierdzenie zgodności złożonego oświadczenia odpowiednich dokumentów. tj. posiadania umowy/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania.

Pytanie Nr 4 dot. rozdz. 2 pkt. 2.2 lit. a)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pkt. 2.2.a umowy ma namyśli, że Wykonawca posiada narzędzia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym kody serwisowe, w przypadku gdy będą one niezbędny do zrealizowania zamówienia.

Odp.: Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia zgodnie z treścią załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie poproszony o przedstawienie Zamawiającemu, na potwierdzenie zgodności złożonego oświadczenia odpowiednich dokumentów. tj. posiadania umowy/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania.

Pytanie Nr 5 dot. SIWZ zakres usług pkt. 4. Modyfikacje, 5. Części zamiennie i komponenty specjalne tiret 3

Zamawiający w dokumentacji wskazał iż, *Wykonawca zobowiązuje się w ramach złożonej oferty i na swój koszt do wykonywania niezbędnych modyfikacji urządzenia medycznego, do których dokonywania uprawniony jest wyłącznie producent urządzenia oraz dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.* Wskazujemy, iż w ww. zapisie Zamawiający sam wskazuje, iż podmiotem zobowiązanym do wykonania modyfikacji jest producent urządzenia. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ww. zapisów dokumentacji, lub ewentualnie precyzyjne określenie zakresu ww. modyfikacji.

Odp.: Zamawiający modyfikuje ww. zapis nadając mu brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się w ramach złożonej oferty i na swój koszt do wykonywania niezbędnych modyfikacji urządzenia medycznego”.

Pytanie nr 6 dot. SIWZ pkt. 2.1.b

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia nowych części zamiennych do aparatu, natomiast w przypadku wydłużonego terminu ich dostawy – w celu skrócenia czasu ewentualnego przestoju aparatu - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę, w celu wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, części regenerowanych/używanych (oprócz lamp RTG do tomografów), jednakże **nieodbiegających parametrami od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta. Nadmieniamy, iż części regenerowane/używane posiadają gwarancję na taki sam okres, jaki oferuje producent na części nowe.** Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatów jak podczas instalacji części nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych, których Zamawiający jest dysponentem, i za których racjonalne wydatkowanie podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 7 dot. SIWZ pkt. 2.2.b

Zamawiający w SIWZ wskazał, iż osoby (inżynierowie) świadczące serwis urządzeń posiadają aktualne certyfikaty szkoleniowe wydane przez producenta aparatu lub autoryzowaną przez producenta jednostkę.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz prawidłowe wykonanie zamówienia, dopuści do udziału w przetargu Wykonawców posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów komputerowych produkcji Siemens potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez podmioty niezależne od producenta, jednak od wielu lat zajmujące się szkoleniem serwisantów aparatury medycznej.

Odp.: Zgodnie z zapisami pkt. 2.2 pkt. b oraz zgodnie z zapisami załącznika nr 3.

89
Pytanie Nr 5 dot. rozdz. 2 pkt. 2.2 lit. b)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie miał prawo weryfikacji złożonych przez Wykonawcę oświadczeń tj. że Zamawiający będzie mógł zweryfikować czy osoby (inżynierowie) świadczące serwis urządzeń posiadają aktualne certyfikaty szkoleniowe wydane przez producenta aparatu lub jego autoryzowaną jednostkę.

Odp.: Zgodnie z zapisami pkt. 2.2 pkt. b oraz zgodnie z zapisami załącznika nr 3.

89
Pytanie 6 dot. rozdz. 2 pkt. 2.2 lit. b)

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni, iż dysponuje min. 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która ukończyła pozytywnie szkolenie/kurs w zakresie obsługi serwisowej tomografu komputerowego marki Siemens, potwierdzone aktualnymi imiennymi certyfikatami wystawionymi przez inny niż autoryzowany podmiot szkolący?

Odp.: Zgodnie z zapisami pkt. 2.2 pkt. b oraz zgodnie z zapisami załącznika nr 3.

7/10
Pytanie Nr 7

Uprzejmie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że gwarantowany przez producenta okres dostępności części zamiennych do aparatu Somatom Emotion 6 zakończył się, w związku z czym może okazać się, że nie będziemy w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych.

Mając na uwadze wspomniane ograniczenia w dostępności części zamiennych prosimy o wyrażenie zgody na poniższe:

W przypadku braku dostępności u producenta części zamiennych do aparatu Somatom Emotion 6 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych. Wykazanie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Wykonawcę w części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności u producenta części zamiennych. Zamawiający w szczególności nie będzie posiadał ani dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych oraz nie będzie uprawniony do naliczenia kar umownych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
.....w Myszkowie.....
(Dyrektor/Kierownik Zamawiającego)
Dariusz Kaczmarek

89
Referent
ds. zamówień publicznych
M. Dziuchciarz-Pucek
Magdalena Dziuchciarz-Pucek