



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszaków ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Nr SP ZOZ/DZ/6/2022

Myszaków dnia 12-04-2022r.

www.bip.zozmyszkow.pl

.....
(strona internetowa Zamawiającego)

Wyjaśnienia

do treści zapytania ofertowego na zadanie:

Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika do Szpitala Powiatowego w Myszkanie, 42-300 Myszaków, ul. Aleja Wolności 29.

W związku z otrzymanymi zapytaniem do treści zapytania ofertowego na w/w zadanie w załączeniu przesyłamy następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznik nr 3 wzór umowy par. 6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o zmianę powyższego punktu umowy.

Proponujemy zapis:

Dostawa ciekłego tlenu medycznego będzie realizowana na podstawie wskazań telemetrycznych lub dyspozycji telefonicznej przez upoważnioną osobę Zamawiającego, potwierdzonej drogą elektroniczną - mailowo.

Odp.: Tak, Zamawiający akceptuje proponowany zapis.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznik nr 3 wzór umowy par. 6 ust. 9

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o zmianę powyższego punktu umowy.

Proponujemy zapis:

W przypadku awarii zbiornika lub armatury, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podjęcia działań tzn. wizyty inżyniera serwisowego w razie awarii bądź kontaktu telefonicznego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia w celu identyfikacji usterki, a następnie dostawy butli tlenowych (40l) do rampy tlenowej do czasu usunięcia awarii.

Odp.: W przypadku awarii zbiornika z tlenem medycznym lub urządzeń i instalacji będących integralną częścią zbiornika, oraz parownicy, Zamawiający zobowiązuje się, że ciągu 36 godzin od zgłoszenia awarii do Wykonawcy (drogą telefoniczną lub emaliową) poniesie koszt związany z awaryjnym zasilaniem w tlen medyczny z rampy uzbrojonej w zapas 36 sztuk butli o pojemności 40 litrów każda.

Po upływie 36 godzin Wykonawca ponosi koszty dostarczenia oraz wymiany butli z rampy rezerwowej i awaryjnej zasilającej budynek Szpitala w tlen medyczny.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 3 wzór umowy par.11 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie powyższego paragrafu i zastąpienie go poniższym.

Proponujemy zapis:

Odpowiedzialność Wykonawcy jest ściśle ograniczona do zobowiązań określonych w niniejszej umowie. W przypadku, w którym Zamawiający udowodni, że poniósł stratę lub szkodę z winy Wykonawcy, Wykonawca odpowiada wyłącznie za bezpośrednie straty materiałowe do łącznej wysokości 100 tys. PLN, spowodowane wyłącznie jego działaniem lub zaniechaniem.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Do wiadomości:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.zozmyszkow.pl
3. a/a.

Sporządził

-Dr n. med. Adam Miśkiewicz-

.....
(Dyrektor/kierownik jednostki)