



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Myszków, dnia .....-05-2020r.

SP ZOZ/DZ/17/2020  
(nr postępowania)

.....  
(strona internetowa Zamawiającego)

[www.bip.zozmyszkow.pl](http://www.bip.zozmyszkow.pl)

**Wyjaśnienia  
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 519828-N-2020 z dnia 04-03-2020r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:

**Dostawa sprzętu medycznego – materiałów do zabiegów i operacji – postępowanie nr 2 uzupełniające, dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) wyjaśniamy co następuje:

Pyt. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji? Pakiet Nr. 15 składałby się z pozycji Nr. 15/2, czyli drutów Kirschnera. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

Odp.: Nie.

Pyt. nr 2

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 1-6** dopuści możliwość zaoferowania Płytki kształtowej T o szerokości ramienia 38 mm zamiast 34 mm, oraz na wkręty 4,5 mm zamiast 4,5; 6,5 mm przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 7-12** dopuści możliwość zaoferowania Płytki ukośnej T o szerokości ramienia 24 mm zamiast 23 mm, oraz na wkręty 3,5; 4,0 mm zamiast 4,5 mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 4

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 7 i 10** dopuści możliwość zaoferowania Płytki o dł. 54 mm zamiast 53 mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 5

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 13-18** dopuści możliwość zaoferowania Płytki koniczynki, grubość 1,5 mm zamiast 1,2 mm, szerokość ramienia 35 mm zamiast 39 mm, na wkręty 3,5; 4,5 mm zamiast 4,5; 6,5 mm oraz odpowiednio o dł.:  
- 88 mm dla płytki 3-otworowej,

- 104 mm dla płytki 4-otworowej,
- 118 mm dla płytki 5-otworowej,
- 136 mm dla płytki 6-otworowej,
- 152 mm dla płytki 7-otworowej,
- 168 mm dla płytki 8-otworowej?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 6

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 19-21** dopuści możliwość zaoferowania płytki wyłącznie pod wkręty 2,7mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 7

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 24** dopuści możliwość zaoferowania płytki uniwersalnej do prawej i lewej kończyny?

Odp.: Tak

Pyt. nr 8

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 26-29** wymaga zaoferowania płytek blokowanych?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 9

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 30** dopuści możliwość zaoferowania płytki wyłącznie pod wkręty 2,0mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 10

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 31-32** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 1mm, szerokość 5mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 11

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 33-34** dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości ramienia T 11mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 12

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 35** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 1,0mm, szerokość ramienia 11mm, 2 otworowe na wkręty o średnicy 2,0mm L 18mm, 4 otworowe?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 13

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/4 poz. 36** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 1,0mm, szerokość ramienia 12mm, 2 otworowe na wkręty o średnicy 2,0mm L 18mm, 4 otworowe?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 14

Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z **Pakietu 15/4 poz. 37** w odrębny pakiet, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 15

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/6 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ dla średnicy  $d = 8 \div 13$  mm blokowanych śrubami  $\varnothing 4,5$  mm oraz dla średnicy  $d = 6 \div 7$  mm blokowanych śrubami  $\varnothing 4,5$  mm oraz  $\varnothing 3,5$  mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 16

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15/6 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ udowych posiadających w części dalszej 3 otwory, w co najmniej 2 płaszczyznach zamiast 4?

Odp.: Tak.



Pyt. nr 17

W związku z niewielkim rocznym zapotrzebowaniem, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w zakresie **Pakietu nr 15/6**, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia oferty na cały pakiet 15 poz. 1 do poz. 6 na rzecz złożenia oferty na poszczególne części? Umożliwiłoby to uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odp.: Nie.

Pyt. nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oświadczenia o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej wraz z ofertą?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 20

**Pakiet nr 15**

**1) wkręty kostne, wiertła, podkładki**

1. Poz. 6 i 8 – Czy Zamawiający dopuści wkręty z gniazdem heksagonalnym zamiast krzyżakowym?

Odp.: Tak.

2. Poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści wkręty o długości od 35mm do 60mm zamiast od 36mm do 60mm?

Odp.: Tak.

**Pyt. nr 21**

**3) płytki**

1. Poz. 1-13 oraz 19-24 – Czy Zamawiający dopuści szerokość 16,5mm zamiast 16mm?
2. Poz. 14-15 – Czy Zamawiający dopuści szerokość 11,5mm zamiast 11mm?
3. Poz. 16-18 – Czy Zamawiający dopuści szerokość 10,2mm zamiast 11mm?
4. Poz. 22 – Czy Zamawiający dopuści długość płytki 219mm zamiast 199mm?
5. Poz. 23 – Czy Zamawiający dopuści długość płytki 255mm zamiast 231mm?
6. Poz. 24 – Czy Zamawiający dopuści długość płytki 296mm zamiast 263mm?
7. Poz. 25-29 – Czy Zamawiający dopuści płytki pod wkręty 3,5mm zamiast 4,5mm?
8. Poz. 30-34 – Czy Zamawiający dopuści płytki pod wkręty 3,5mm, 2,7mm?
9. Poz. 35-36 – Czy Zamawiający dopuści płytki 1/4 koła o grubości 0,8mm zamiast 1/3 koła o grubości 1mm? Pozostałe parametry bez zmian.
10. Poz. 39 – Czy Zamawiający dopuści płytki 1/6 koła gr. 0,8mm L-23mm zamiast 1/4 koła gr. 1,0mm L-30mm?
11. Czy Zamawiający usunie zapis pod formularzem cenowym w zakresie „Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania mikroplytek z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Koszty związane z użyczeniem winny zostać uwzględnione w cenie oferty.” jako nieadekwatny do wyrobów?

Odp.: Tak do wszystkich pozycji zawartych w pytaniu nr 21.

**Pyt. nr 22**

**4) płytki kształtowe**

Poz. 32 – Czy Zamawiający miał na myśli szerokość płytki 5mm zamiast grubość?

Odp.: Tak.

**Pyt. nr 23**

**dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy**

Czy Zamawiający usunie zapis pod formularzem cenowym w zakresie „Zamawiający wymaga aby w skład instrumentarium wchodziła końcówka do frezowania (RYMER) trójpłaszczyznowa, kompatybilna z napędem STRYKER” jako nieadekwatny do wyrobów?

Odp.: Tak.

**Pyt. nr 24**

**6) gwoździe śródszpikowe**

1. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści gwoździe puszczelowe w zakresie długości L=270-390mm ze skokiem co 15mm, do długości 390mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 8-12mm w wersji tylko kaniulowanej bez wersji litej zamiast przypisanych w tym zakresie parametrów w SIWZ?

2. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści śruby zaślepiające w 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm zamiast w 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm?
3. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści gwoździe ramienne w zakresie długości L=180-320mm ze skokiem co 20mm, do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica 6-9mm (adekwatnie korekta średnicy przy rozpisie kompletu 8-9mm zamiast 8-13mm oraz 6-7mm zamiast 6-8mm) zamiast przypisanych w tym zakresie parametrów w SIWZ?
4. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści śruby zaślepiające w 3 rozmiarach w zakresie 0-10mm zamiast w 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm?
5. Poz. 3 - Czy zamawiający dopuści gwoździe udowe w zakresie długości L=240-460mm ze skokiem co 20mm, do długości 460mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 9-12mm w wersji tylko kaniulowanej bez wersji litej zamiast przypisanych w tym zakresie parametrów w SIWZ?
6. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści śruby zaślepiające w 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm zamiast w 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm?
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium każdorazowo do zabiegu? Z uwagi na małe ilości implantów do zakupu oraz możliwość niewykorzystania tych ilości, przechowywanie trzech instrumentariów oraz depozytu implantów przez cały okres trwania umowy będzie miało znaczny wpływ na cenę oferty. W związku z czym prosimy o zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium na zamówienie w terminie 4 dni roboczych każdorazowo przed planowanym zabiegiem. Płatność będzie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o protokół założenia implantów.

**Odp.: Tak na wszystkie punkty zawarte w pytaniu nr 24.**

**Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy:**

**25. Czy Zamawiający doda zapis w §5, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odp.: Tak z zastrzeżeniem, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone tylko jednokrotnym wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Do wiadomości:

1. Strona internetowa Zamawiającego: [www.bip.zozmyszkow.pl](http://www.bip.zozmyszkow.pl) .
2. a/a

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 w Myszkowie  
 (Dyrektor/kierownik Zamawiającego)  
**Dariusz Kaczmarek**

Sporządził:  
 Starszy Referent  
 ds. Zamówień Publicznych  
 Marek Winiarski