



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

SP ZOZ/DZ/18/2021
(nr ref. postępowania)

Myszków dnia 02-06-2021r.

.....
(Wykonawcy/strona internetowa Zamawiającego
www.bip.zozmyszkow.pl)

Wyjaśnienia

do treści zapytania ofertowego na zadanie:

**Zakup i dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do treści zapytania ofertowego na w/w zadanie w załączeniu zamieszczamy/ przesyłamy następujące wyjaśnienia:

1. Pakiet nr 1, 3, 4

Czy Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą?

Odp.: **Nie, Zamawiający może wymagać złożenia próbek od Wykonawców, których złożona oferta będzie najkorzystniejsza.**

2. Pakiet nr 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiznie 3/8 koła?

Odp.: **Tak.**

3. Pakiet nr 7, poz. 6, 8

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o zakończeniu tnącym (przyostrzoną)?

Odp.: **Tak.**

4. Pakiet 1, pozycja 3 –

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej z nitką o grubości „0”?

Odp.: **Nie.**

5. Pakiet 1, pozycja 3 –

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 65mm?

Odp.: **Tak.**

6. Pakiet 1, pozycja 3, 5, 7, 9 –

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych?

Odp.: **Tak.**

7. Pakiet 3, pozycja 1 –

Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści zaoferowanie igły okrągłej podwójnej wzmocnionej wykonanej z najmocniejszej stali chirurgicznej serii 300?

Odp.: **Tak.**

8. Pakiet 3, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

Odp.: **Tak.**

9. Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej o długości 13mm wykonanej z najmocniejszej stali chirurgicznej serii 300 bez?

Odp.:

10. Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej kosmetycznej bez określenia „z zakończeniem micro-point” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: **Tak.**

11. Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły 3/8 koła odwrotnie tnące bez określenia „z zakończeniem mico-point, plastyczna, kosmetyczna”?

Odp.: **Tak.**

12. Pakiet 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: **Tak.**

13. Pakiet 4, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: **Nie.**

14. Pakiet 6, pozycja 1 – 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odp.: **Tak**

15. Pakiet 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej pogrubionej tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 ?

Odp.: **Tak.**

16. Pakiet 6, pozycja 2-3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300?

Odp.: **Tak.**

17. Pakiet 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

Odp.: **Tak.**

Do wiadomości:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.zozmyszkow.pl
3. a/a.

Sporządził:

St. Inspektor
w Dziale Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Myszkowie

.....
Marek Winiarski.....

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zębnej w Myszkowie
.....
Dr med. Adam Miśkiewicz
(Dyrektor/kierownik Zamawiającego)