



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**  
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29  
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29  
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00  
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

SP ZOZ/DZ/19/2022  
Myszków, dnia 20.05.2022 r.

### Wyjaśnienia do zapytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  
**„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH  
WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA 5 DIFF DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO  
SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE”**

W związku z zapytaniami do treści zapytania w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniamy, co następuje:

Dot.: załącznika nr 3 – Warunki graniczne analizatora hematologicznego:

Pytanie nr 1- Czy zamawiający zezwala , aby liniowość dla Hg wynosiła od 0 do 24,5 g/dl ?

**Odp.: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 2 - Czy z uwagi na fakt intuicyjnego i prostego w obsłudze oprogramowania analizatora ,oraz dostarczenia pełnej instrukcji obsługi w języku polskim , zamawiający zezwala aby było ono w języku angielskim?

**Odp.: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 3 - Czy w par. 1 pkt. 1 wzoru umowy nie zaszła omyłka pisarska? We wskazanym punkcie umowy widnieje zapis odnośnie instalacji oraz wynajmu analizatora równowagi kwasowo-zasadowej Typ/Model, a w załączniku nr 3 zawierającym opis przedmiotu zamówienia nie ma nigdzie mowy o w/w analizatorze.

**Odp.: Zamawiający modyfikuje brzmienie powyższego zapisu nadając mu brzmienie:**

”1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostawy odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z pozostałym asortymentem;
- instalacji oraz wynajmu analizatora /Typ/Model/ ..... zwanego dalej aparatem,
- zgodnie z ofertą Wykonawcy.”

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuści by termin dostawy analizatora hematologicznego wynosił 28 dni od daty zawarcia umowy?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Szpital Powiatowy w Myszkowie  
PRZEŁOŻONA PIEŁĘGNIAREK

*Wanda Kowalska*  
mgr Wanda Kowalska

0700001-A.....

Zatwierdził: