



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Myszków, dn. 05.10.2020 r.

**Wyjaśnienia
do zapytania ofertowego
Nr sprawy SP ZOZ/DZ/40/2020**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jako zapytanie ofertowe, w którym przedmiotem zamówienia jest **„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciolóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.**

W związku z zapytaniami do treści zapytania ofertowego wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie Nr 1 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2 stolik zabiegowy - szt. 1

Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy o wymiarach: 860x440x950 mm, wyposażony w uchylną miskę z tworzywa, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2 lampa zabiegowa - szt. 1 dot. lp. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową z 3 diodami LED i max. poborze mocy 15W? Ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe wymagania dotyczące oświetlenia.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2 lampa zabiegowa - szt. 1 dot. lp. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej klasy lampę zabiegową ze stałym natężeniem oświetlenia na poziomie 30.000 lux w odległości 1m?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Załącznik nr 2 pakiet nr 2 lampa bakteriobójcza jezdna z licznikiem przepływową - szt. 1

Czy Zamawiający dopuści Lampę bakteriobójczą jedną z licznikiem przepływową wyposażoną w element emitujący promienniki UV-C 72 W z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacja należy w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Myszkowie

Krzysztof Kłacz

Zatwierdził:

Specjalista koordynator
ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Dziechciarz-Pucek