



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszaków ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Myszaków, dn. 05.10.2020 r.

**Wyjaśnienia
do zaproszenia do składania ofert
na zakup kapsuły wraz z wózkiem do transportu pacjentów z covid-19
Nr sprawy SP ZOZ/DZ/37/2020**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jako zaproszenie do składania ofert, w którym przedmiotem zamówienia jest **zakup sprzętu zmniejszającego rozprzestrzenianie się epidemii tj. kapsuły wraz z wózkiem do transportu pacjentów z covid-19**

W związku z zapytaniami do treści zaproszenia do składania ofert wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komory do transportu chorych o poniższych parametrach:

- Zestaw przeznaczony jest przede wszystkim do transportu lub krótkotrwałej, kompletnej izolacji pacjenta z chorobą wysoce zakaźną lub z podejrzeniem choroby wysoce zakaźnej, zapewniający całkowite uniemożliwienie wymiany patogenów z otoczeniem.

- Możliwość zastosowania:

1. Ochrona pacjenta przed środowiskiem zewnętrznym np. w przypadku poparzeń.
2. Ochrona otoczenia przed pacjentem z chorobą zakaźną,

- Zestaw umożliwia wielokrotną dekontaminację oraz zapewnia możliwość wielokrotnego wykorzystania.

- Możliwość transportu większością środków transportu oraz ewakuacji medycznej – t.j. ambulans, śmigłowiec, samolot.

- Zastosowane materiały zapewniają uzyskanie wysokiej wytrzymałości oraz całkowitej nieprzepuszczalności w stosunku do patogenów chorobotwórczych.

- Torba ochronna wykonana z tkaniny PES powlekanej obustronnie PCW o grubości co najmniej 0.4 mm.

- Rękawice wykonane z tkaniny powlekanej kauczukiem nitylowym.

- Konstrukcja umożliwiająca otwarcie izolatora w stopniu umożliwiającym sprawny załadunek pacjenta.

- Powłoka górna izolatora wykonana z materiału przezroczystego, umożliwiającego obserwację pacjenta.

- Dostęp do pacjenta zapewniany przez 6 rękawów zakończonych rękawicami, umożliwiające manewrowanie przy poszkodowanym bez otwierania całego izolatora.

- Gazoszczelny zamek.

- Możliwość podawania płynów oraz wentylacji zastępczej realizowane poprzez 4 uszczelniane porty.

- Możliwość wykorzystania powszechnie stosowanych preparatów dezynfekcyjnych.

- 3 wewnętrzne pasy umożliwiające stabilizację pacjenta wewnątrz izolatora.

- Urządzenie działające w trybie podciśnienia i nadciśnienia za pomocą jednostki filtrująco – wentylującej i 6 filtrów pozwala na min 6 godz. pracy urządzenia.

- Zasilanie poprzez akumulator Li-Ion z żywotnością co najmniej 450 cykli ładowania.

Urządzenie działa w oparciu o jednostkę filtrująco – wentylującą, która jest zasilana z akumulatora zapewniającego pracę komory przez ok. 6 godzin. W standardzie, do jednostki filtrująco – wentylującej jest dołączona ładowarka na 240V.

- W komplecie zestaw naprawczy z łatanami i klejem.

- Torba na cały zestaw.

- Wymiary max w stanie rozłożonym ok 203 cm x 64 cm x 56 cm.

- Waga całkowita urządzenia maksymalnie 18 kg

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory do transportu chorych o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 2

Ze względu na globalną sytuację kryzysową spowodowaną epidemią Covid-19 zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do ok. 2 miesięcy?

Odp.: Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach zawartych w zapytaniu ofertowym.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacja należy w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Myszkowie
ZATWIERDZIŁ:
Krzysztof Kulacz

Specjalista/koordynator
ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Dziechciarz-Pucek