



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (48 34) 313-73-29

Centrala: (48 34) 313-88-80

Dział Techniczny i Zamówień Publicznych: (48 34)313-89-78

[przetargizoz@poczta.fm](mailto:przetargizoz@poczta.fm)

[www.zozmyszkow.pl](http://www.zozmyszkow.pl)

SP ZOZ/ZP/22/2013

Myszków, dnia 09-12-2013r.

(nr ref. postępowania)

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MYSZKOWIE  
WYSŁANO**

dnia **2013 GRU. 09**

L. dz. .... zeb: .....  
podpis .....

.....

.....

.....

### **Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 258151-2013 z dnia 02-12-2013 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:

#### **Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29**

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniamy, co następuje:

##### **Pyt. nr 1**

W związku z tym, że na oddziałach szpitalnych, w tym oddziałach położniczych występują zabrudzenia związane z wykonywaniem właściwych dla tych oddziałów procedur medycznych Zamawiający wymaga, aby urządzenia i wyroby medyczne, które mają kontakt z pacjentem można było sterylizować lub przynajmniej dezynfekować ?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

##### **Pyt. nr 2**

Czy w związku z możliwością wystąpienia zabrudzeń związanych z wykonywaniem procedur medycznych (w tym np. występujących przy porodach) urządzenia i wyroby medyczne użyte w czasie zabiegu powinny być poddawane sterylizacji lub dezynfekcji w sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek zabrudzenia (krew, płyny ustrojowe, treści żołądka i inne), które może stanowić poważne źródło zakażeń i zagrożeń epidemiologicznych?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

##### **Dotyczy pakietu nr 3.**

##### **Pyt. nr 3**

Czy Zamawiający wymaga ustniki jednorazowe połączone trwale z filtrem antybakteryjnym, bez możliwości rozłączenia, wykluczając stosowanie masek?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pyt. nr 4**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane ustniki jednorazowe z filtrem antybakteryjnym zarejestrowane były jako wyrób medyczny i na potwierdzenie tego wymaga załączenia do oferty Powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

**Odp.:** Zamawiający wymaga aby oferowane ustniki jednorazowe i filtry antybakteryjne lub ustniki jednorazowe z filtrem antybakteryjnym, zarejestrowane były jako wyrób medyczny i na potwierdzenie tego wymaga załączenia do oferty Powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**Pyt. nr 5**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany zawór dozujący zarejestrowany był jako wyrób medyczny i na potwierdzenie tego wymaga załączenia do oferty Powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

**Odp.:** Tak.

**Pyt. nr 6**

Czy Zamawiający mając na uwadze zapewnienie „mobilności” pacjentce podczas porodu związanej z koniecznością przemieszczania się jej w obrębie sali porodowej wymaga aby stanowiący istotny element przedmiotu zamówienia - zawór dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3m, 5m lub 6 m, co zapewni nie tylko mobilność pacjentce ale stanowić też będzie ułatwienie pracy personelowi medycznemu?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pyt. nr 7**

Czy Zamawiającego, mając na uwadze czynnik ekonomiczny jakim są nie ujęte w kalkulacji ceny przedmiotu niniejszego zamówienia, koszty związane z koniecznością serwisowania zaworu dozującego poza siedzibą Zamawiającego, dotyczące jego okresowego przeglądu i/lub serwisu, wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zaoferowali zawór dozujący, przy używaniu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym?

**Odp.:** Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zaoferowali zawór dozujący, przy używaniu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym lub dostarczenie nowego zaworu na czas serwisowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów serwisowania.

**Pyt. nr 8**

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów podczas aplikowania im mieszaniny gazów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydechanego powietrza do zaworu dozującego, co wyeliminuje potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego i na potwierdzenie tego faktu załączyli do oferty instrukcję obsługi zawierającą te informacje?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pyt. nr 9**

Czy Zamawiający mając na uwadze zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w stosunku do pacjentów przy terapii których zamierza używać, stanowiące przedmiot zamówienia, urządzenia wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń w których użyty zawór wydechowy nie eliminuje konieczności jego dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu, co wyeliminuje niebezpieczeństwo epidemiologiczne oraz znacząco obniży koszty obsługi urządzenia, nie ujęte w cenie przedmiotu zamówienia i na potwierdzenie tego faktu załączyli do oferty instrukcję obsługi zawierającą te informacje?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pyt. nr 10**

Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji urządzenia do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy i na potwierdzenie tego faktu załączyli do oferty instrukcję obsługi zawierającą te informacje?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pyt. nr 11**

W związku z tym, że ftalany są związkiem chemicznym uznanym potencjalnie za szkodliwe z punktu widzenia kobiety ciężarnej oraz płodu, czy Zamawiający nie uważa za wskazane aby wyeliminować możliwość zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wyrobów (urządzenia do podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe) zawierające rzeczony związek chemiczny?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pyt. nr 12**

Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informującego o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pyt. nr 13**

12. Czy w związku z pojawiającymi się na rynku polskim przeróbkami butli do gazów medycznych polegającymi na wyposażaniu butli np. w kółka, mogącymi wpłynąć na bezpieczeństwo zarówno personelu szpitala jak i pacjentów, zamawiający wymaga aby wykonawcy w składanej przez siebie ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty do dołączenia rysunków technicznych butli zarejestrowanych w URPLiMB jako opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Dotyczy załącznika nr 5 – wzór umowy:**

**Pyt. nr 14**

W § 1 ust. 8 prosimy o zmianę minimalnego terminu ważności dwutlenku węgla medycznego na 6 miesięcy. Produkowany przez nas dwutlenek węgla medyczny ma okres ważności 12 miesięcy od daty produkcji.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwutlenku węgla z terminem ważności min. 9 miesięcy.

Do wiadomości:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.
2. Strona internetowa Zamawiającego.
3. a/a.



**DYREKTOR**  
Samodzielnicy Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mysłkowie  
(Dyrektor/kierownik Zamawiającego)  
*lek. med. Jacek Kret*