



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**  
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29  
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29  
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00  
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Myszków, dn. 04-10-2019 r.

**SP ZOZ/DZ/33/2019  
(nr ref. postępowania)**

**Wyjaśnienie  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr ogłoszenia 602567-N-2019 z dnia 26-09-2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:

**„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH  
WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  
SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE”**

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986) wyjaśniamy, co następuje:

**Pytanie Nr 1 – dot. SIWZ VII 3.2. 3.2.4 3.2.5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby metodyki oznaczeń w języku polskim oraz instrukcja załączone zostały na wezwanie na płycie CD?

**Odp.: Zamawiający wymaga złożenia metodyk oznaczeń oraz instrukcji w wersji papierowej.**

**Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę analizatora w czasie 21 dni od daty podpisania umowy?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy z „Dostawa aparatu do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy” na „Dostawa aparatu do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy”.**

**Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zmodyfikowana o ww. zapis.**

**Pytanie Nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza przechowywać odczynniki na pokładzie analizatora 24 h na dobę i że fakt ten należy uwzględnić kalkulując niezbędną ilość opakowań odczynnika zgodnie ze stabilnością odczynników na pokładzie analizatora sugerowaną w ulotkach odczynnikowych.

**Odp.: Zamawiający wymaga, aby dla testów: troponina wysokoczuła, TSH, FT3, FT4, PSA, zaoferowano ilość opakowań z uwzględnieniem przechowywania ich na pokładzie analizatora przez 24 h na dobę. W przypadku testów rzadziej wykonywanych tj. proklacytoniny, Beta-HCG, HbS Ag, Zamawiający dopuszcza kalkulację ilości oferowanych opakowań zgodnie z terminem trwałości po otwarciu, określonym indywidualnie dla każdego odczynnika przez producenta i przechowaniem ich według rekomendacji producenta.**

**Pytanie Nr 4**

Czy kalkulując ofertę przetargową należy przyjąć częstość kalibracji, zgodnie z informacją sugerowaną i podaną w ulotkach odczynnikowych, przy założeniu stałego przechowywania odczynników na pokładzie? **Odp.: Zamawiający wymaga, aby dla testów: troponina wysokoczuła, TSH, FT3, FT4, PSA, przyjąć częstość kalibracji z uwzględnieniem przechowywania ich na pokładzie analizatora przez 24 h na dobę. W przypadku testów rzadziej wykonywanych tj. proklacytoniny, Beta-HCG, HbS Ag, Zamawiający dopuszcza kalkulację częstości kalibracji zgodnie z informacją podaną w ulotkach odczynnikowych oraz wskazaniem analizatora.**

ak

#### **Pytanie Nr 5**

Prosimy o wyjaśnienie. Czy w związku z zapisem „Ponoszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zużytych odczynnikach, kuwety) powstałych w czasie pracy analizatora.” Zamawiający będzie wymagał odbioru odpadów stałych tylko po zużytych odczynnikach?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 6**

Prosimy o wyjaśnienie. Czy w związku z zapisem „Analizator posiadający możliwość wydania wyniku badania posiadającego wszystkie wymagane informacje zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z dnia 21 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.” Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymagane dane znajdowały się na wyniku wydawanym z LIS, do którego oferowany analizator będzie podłączony?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie Nr 7**

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator posiadający oprogramowanie w j. angielskim, natomiast instrukcję obsługi w j. polskim?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie Nr 8**

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie środków do neutralizacji odpadów płynnych powstałych w czasie pracy analizatora w postaci tabletek dezynfekcyjnych?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie środka do neutralizacji odpadów płynnych powstałych w czasie pracy analizatora w postaci tabletek, takich aby były one bezpieczne dla środowiska pod względem biologicznym i nadawały się do usunięcia do kanalizacji oraz były w formie wygodnej do dozowania.**

#### **Pytanie Nr 9**

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, w którym 3 testy są automatycznie rozcieńczane?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

#### **Pytanie Nr 10**

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, w którym istnieje możliwość oznaczania Troponiny hs, Prokalcytoniny i HBSAg w próbkach pobranych na heparynę litową, EDTA, TSH, BHCG, FT3 i FT4 w próbkach pobranych tylko na heparynę litową natomiast PSA tylko w surowicy?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości oznaczenia wszystkich parametrów wymienionych w formularzu cenowym w próbkach surowicy.**

#### **Pytanie Nr 11**

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis „Grupa kontrolna dla oferowanych analizatorów w Centralnym Ośrodku Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej nie mniejsza, niż 20 aparatów w 2018 r. lub edycji wiosna 2019r ”, jeżeli potwierdzenie w postaci zaświadczenia z COBJwDL będzie dotyczyło liczby analizatorów biorących udział w wyżej wymienionej kontroli?

**Odp.: Zamawiający uzna za spełniony zapis „Grupa kontrolna dla oferowanych analizatorów w Centralnym Ośrodku Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej nie mniejsza, niż 20 aparatów w 2018 r. lub edycji wiosna 2019r”, jeżeli potwierdzenie w postaci zaświadczenia z COBJwDL będzie dotyczyło liczby analizatorów biorących udział w ww. kontroli i ilość oferowanych analizatorów będzie mniejsza, niż 20 aparatów.**

#### **Pytanie Nr 12**

Czy Zamawiający uzna za równocenne z punktem ocenianym „Analizator dozujący materiał badany i odczynniki przy użyciu jednorazowych końcówek dozujących” rozwiązanie, w którym nie ma potrzeby użycia, zakupu i utylizacji końcówek jednorazowych ani w odniesieniu do próbek badanych ani w odniesieniu do odczynników. Analizator posiada system mycia sond zapobiegający kontaminacji, bez konieczności podłączenia analizatora do stacji uzdatniania wody. Analizator posiada zarówno dopuszczenie na rynek europejski i amerykański posiadając dopuszczenie CE i FDA i jest analizatorem używanym do diagnostyki także testów najbardziej wrażliwych na potencjalną kontaminację jak np.

troponiny wysokoczułej. Reakcja i odczyt przebiegu reakcji odbywa się w kuwecie jednorazowej. Natomiast analizatory stosujące jednorazowe końcówki dozujące mogą być potencjalnie narażone na kontaminację w sytuacji zastosowanie kuwety przepływowej do odczytu przebiegu reakcji immunochemicznej, a taki wariant jest przez Zamawiającego dopuszczony do postępowania przetargowego.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 13**

Czy Zamawiający uzna za równocenne z punktem ocenianym „czas oznaczenia troponiny hs poniżej 10 minut”, rozwiązanie, w którym czas oznaczenia troponiny hs wynosi około 17 minut, ale maksymalna wydajność oferowanego analizatora jest ponad dwukrotnie większa niż wymagania Zamawiającego określone w SIWZ (45 oznaczeń/godzinę) i wynosi do 100 testów na godzinę. Czas uzyskania wyniku w serii badań zależy od dwóch rzeczy od czasu uzyskania pojedynczego wyniku i wydajności analizatora i w związku z powyższym prosimy o przyznanie punktu ocenianego takiemu rozwiązaniu.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Załącznik nr 6 Wzór umowy:**

**Pytanie Nr 14 § 1.5.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych na płycie CD?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 15 § 1.7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: *W przypadku powstania zwłoki w realizacji zamówienia o co najmniej 3 dni Zamawiający w celu utrzymania ciągłości badań, ma prawo zlecić wykonanie badań w innej placówce na koszt Wykonawcy, a Wykonawca pokrywa różnicę kosztów badań wykonanych u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego, łącznie z kosztem transportu związanym z dostarczenia materiału i odbiorem wyników badań. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę transportu, Wykonawca pokrywa wyłącznie różnicę koszt badań wykonanych u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.*

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 16 § 2.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora na 30 dni od daty zawarcia umowy?

**Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Nr 2, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy z „Dostawa aparatu do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy” na „Dostawa aparatu do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy”. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zmodyfikowana o ww. zapis.**

**Pytanie Nr 17 Załącznik nr 6 Wzór umowy, § 4.7.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi aparatu na płycie CD?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie Nr 18 § 4.10.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: *„W okresie realizacji umowy, Wykonawca gwarantuje w ramach czynszu dzierżawnego serwis naprawczy wraz z częściami zamiennymi, w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem, e - mailem), z możliwością zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu, całodobowo”?*

**Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie Nr 19 § 4.12.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: *„Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania wymiany urządzenia, w przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu przekroczy 3 naprawy w ciągu jednego roku.”?*

**Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie Nr 20 § 6.3.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do każdej dostawy dołączany był dokument WZ, który zawiera rodzaj i ilość zamawianego towaru? Cena towaru jest podana na fakturze, która nie jest wysyłana z magazynu razem z towarem.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Pytanie Nr 21**

Prosimy o wyrażenie zgody by dla testów wykonywanych w mniejszych ilościach (do 700 oznaczeń rocznie) podać okres ważności odczynnika po otwarciu z uwzględnieniem zamiennego przechowywania na pokładzie analizatora i w lodówce? Takie postępowanie jest zgodne z powszechną praktyką laboratoryjną oraz rekomendacjami producenta i pozwala na ekonomiczne wykorzystanie odczynników po otwarciu.

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr. 3, Zamawiający wymaga, aby dla testów: troponina wysokoczuła, TSH, FT3, FT4, PSA, zaoferowano ilość opakowań z uwzględnieniem przechowywania ich na pokładzie analizatora przez 24 h na dobę. W przypadku testów rzadziej wykonywanych tj. proklacytoniny, Beta-HCG, HbS Ag, Zamawiający dopuszcza kalkulację ilości oferowanych opakowań zgodnie z terminem trwałości po otwarciu, określonym indywidualnie dla każdego odczynnika przez producenta i przechowaniem ich według rekomendacji producenta.**

**Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ Lp.4.**

**Pytanie Nr 22**

Prosimy o potwierdzeniem że doszło do omyłki w opisie i Zamawiający ma na myśli metodę elektrochemiluminescencji.

**Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ Lp.12.**

**Pytanie Nr 23** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli funkcję chłodzenia odczynników do temperatury zgodnej z zaleceniami ich producenta.

**Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ Lp.15.**

**Pytanie Nr 24**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora z tymczasowym prostym i intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim, wraz z dostarczeniem pełnej i szczegółowej instrukcji obsługi analizatorów w języku polskim?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ Lp.17.**

**Pytanie Nr 25**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli objętość martwą próbki? Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie w którym miejscu oferty należy podać wymagane objętości?

**Odp.: Tak, Zamawiający ma na myśli objętość martwą próbki. Zamawiający oczekuje aby wymagane ilości podać w tabeli dotyczącej pkt.17 warunki graniczne dla analizatora.**

**Pytanie Nr 26**

Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytonię w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie Nr 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby sporadycznie pojedyncze odczynniki posiadały trwałość minimum 4-5 miesięcy licząc od daty dostawy? Wynika to z cyklu produkcyjnego Wytwórcy na który Oferent nie ma wpływu.

**Odp.: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 28**

Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, FT4 i FT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie Nr 29**

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

**Odp.: Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG jako test ciążowy. Jednakże Zamawiający dopuszcza test beta-HCG, który mógłby być stosowany zarówno jako test ciążowy oraz jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG, lecz go nie wymaga.**

#### **Pytanie Nr 30**

Ze względu na kilka programów kontroli jakości obecnych na rynku, dostarczenia jakich kontroli zewnątrzlaboratoryjnych i jakiego programu oczekuje Zamawiający?

**Odp.: Zamawiający wymaga przez cały okres trwania umowy, od momentu jej zawarcia dla wszystkich parametrów wymienionych w arkuszu cenowym za wyjątkiem parametru troponiny hs, zapewnienia udziału w zewnętrznej kontroli jakości minimum 2 razy w roku wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu. Dla parametru - troponina hs zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości od dnia 01.05.2020 r. minimum 2 razy w roku wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zewnętrznej kontroli Labquality.**

#### **Pytanie Nr 31**

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test wysokoczuły do oznaczania troponiny był zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie wymaga.**

#### **Pytanie Nr 32**

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający oczekuje aby test do oznaczania HBsAg cechował się zdolnością wykrywania mutantów HBsAg, co w praktyce pozwala uniknąć ryzyka wydania wyników fałszywie ujemnych i postawienia nieprawidłowej diagnozy?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie wymaga.**

#### **Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy**

##### **Pytanie Nr 33 Par. 1 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

##### **Pytanie Nr 34 Par. 1 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie

jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zmodyfikowana o ww. zapis.**

**Pytanie Nr 35 Par. 2 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Nr 2, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy z „Dostawa aparatu do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy” na „Dostawa aparatu do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy”.**  
**Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zmodyfikowana o ww. zapis.**

**Pytanie Nr 36 Par. 4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 4 ust. 2**

**Pytanie Nr 37 Par. 4 ust. 9, ust. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie Nr 38 Par. 5 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie Nr 39 Par. 6 ust. 4, ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin uzupełnienia braków ilościowych wynosił 5 dni?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie Nr 40 Par. 6 ust. 8 lit. a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin rozpatrzenia reklamacji wynosił 48 godzin w dni robocze?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie Nr 41 Par. 6 ust. 8 lit. a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany reklamowanych odczynników wynosił 5 dni od rozpatrzenia reklamacji?

**Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie Nr 42 Par. 7 ust. 1 lit. a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

**Odp.: Zamawiający nie modyfikuje zapisu w tym zakresie.**

**Pytanie Nr 43 Par. 7 ust. 1 lit. a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100zł?

**Odp.: Zamawiający nie modyfikuje zapisu w tym zakresie.**

**Pytanie Nr 44 Par. 7 ust. 1 lit. c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

**Odp.: Zamawiający nie modyfikuje zapisu w tym zakresie.**

**Pytanie Nr 45 Par. 7 ust. 2, Par. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zmodyfikowana o ww. zapis.**

**Pytanie Nr 46 Par. 13**

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, w załączeniu do wyjaśnień wzór ww. umowy.**

**Pytanie Nr 47**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynników, które pozwalają na oznaczenie na oferowanym analizatorze wszystkich parametrów wymienionych w formularzu cenowym w surowicy, a dodatkowo oznaczenie w osoczu pobranym na EDTA - hsTnI, HbsAg i Prokalcytoniny, a w osoczu pobranym na heparynę litową - hsTnI, HbsAg i Prokalcytoniny, TSH, HCG, FT3 i FT4.

Parametr	Surowica	Osocze EDTA	Osocze Heparyna
hsTnI	X	X	X
HbsAg	X	X	X
TSH	X		X
HCG	X		X
FT3	X		X
FT4	X		X
PSA	X		
Prokalcytonia	X	X	X

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Do wiadomości:

1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a.

Zatwierdził:

Naczelny Lekarz Szpitala  
SP ZOZ w Myszkowie

*Andrzej Sosnowski*  
lek. Andrzej Sosnowski

*Magdalena Dziechciarz-Pucek*  
Referent  
ds. zamówień publicznych  
Magdalena Dziechciarz-Pucek