



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYSZKOWIE
42-300 Myszków ul. Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (48 34) 313-73-29
Centrala: (48 34) 313-88-80
Dział Techniczny i Zamówień Publicznych: (48 34)313-89-78

przetargi@zozmyszkow.pl

www.zozmyszkow.pl

Myszków dnia 15-10-2014r.

.....

.....

.....

(strona internetowa Zamawiającego
www.zozmyszkow.pl)

SP ZOZ/ZP/18/2014

(nr ref. postępowania)

Wyjaśnienie

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 210257-2014 z dnia 06-10-2014 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:

Zakup, dostawę i montaż aparatu RTG ramię C dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29.

Informujemy, że ze względu na istotę n/w wyjaśnień, w oparciu o art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **dnia 23-10-2014r. do godz. 12:30, otwarcie ofert godz. 13:00 jak opisano w SIWZ.**

Wobec powyższego w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt. 1, ustawy Pzp, przekazano w dniu 14-10-2014r. do publikacji w BZP nr 339900, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) wyjaśniamy, co następuje:

Pyt. nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał połączenia ofertowanego aparatu do posiadanego systemu PACS/RIS?

Odp.: Tak

Pyta. nr 2

Dot.: parametrów technicznych aparatu, pkt 9

Czy Zamawiający zgodzi się punktować rozwiązania z wychyleniem $\pm 12^\circ$?

Jest to niewielka różnica w stosunku do obecnie punktowanej wartości, a urządzenie z wychyleniem $\pm 12^\circ$, choć bardzo zbliżone do obecnie ocenianego pozytywnie, w tej chwili nie uzyska żadnego punktu.

Odp.: Tak

Pyt. Nr 3

Dot.: parametrów technicznych aparatu, pkt 23

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym minimalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej wynosi 3 mA ?

W klinicznej praktyce nie wykorzystuje się tak małych prądów jak 0,2 mA we fluoroskopii pulsacyjnej nawet podczas procedur pediatrycznych. Prądy takie są tylko w niektórych aparatach teoretycznie dostępne jako nastawy w generatorze. Chcemy zaoferować Państwu aparat z nowoczesnym generatorem, który umożliwia uzyskanie wyższych prądów, ale jednocześnie bardzo krótkich impulsów i dzięki temu pozwala nie zwiększać dawki dla pacjenta.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 4

Dot.: parametrów technicznych aparatu, pkt 37 i pkt 38

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aparatu ze wzmacniaczem obrazu o średnicy nie mniejszej niż 9" i z kamerą CCD, czy też aparatu z detektorem płaskim o przekątnej nie mniejszej niż 9" ?

Obecny zapis jest nieprecyzyjny. Prosimy o stosowną korektę zapisów wymagań z w/w punktów.

Odp.: Zamawiający wymaga aparat z dekodermem.

Pyt. Nr 5

Dot.: parametrów technicznych aparatu, pkt 37 i pkt 38

Czy w przypadku wymagania ramienia C z płaskim detektorem Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając niestandardowej technologii detektora (CCD) podczas gdy powszechnym i sprawdzonym rozwiązaniem jest detektor aSi ze scyntylatorem z jodku cezu ?

Prosimy o dopuszczenie takiego typowego rozwiązania i stosowną korektę zapisów wymagań z w/w punktów.

Odp.: Nie, zamawiający podtrzymuje zapis jak w SIWZ.

Pyt. nr 7

Dot.: parametrów technicznych aparatu, pkt 53

Czy Zamawiający dopuści monitory o maksymalnej luminancji nie mniejszej niż 600 cd/m² ? Wartość ta zapewnia bardzo dobrą widoczność obrazu na Bloku Operacyjnym.

Odp. Tak.

Pyt. nr 8

Dot.: parametrów technicznych aparatu, pkt 60

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z punktacji tego parametru ?

Wymóg w w/w punkcie nie opisuje korzystnej funkcjonalności czy też parametrów tylko technologii. Zamawiający w żadnym innym miejscu załącznika nr 5 do SIWZ nie przyznaje punktów za parametry lampy (np. za pojemności cieplne lub szybkości chłodzenia czy też za wielkości ognisk), ani za parametry generatora (np. za jego moc). A rozdzielanie lampy i generatora nie musi zapewnić Zamawiającemu ani lepszych parametrów poszczególnych komponentów, ani też niższych cen za utrzymanie sprawności sprzętu.

Odp.: Tak, Zamawiający rezygnuje z punktacji tego parametru.

Pyt. nr 9

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający rozszerzy przedmiot ogłoszenia nr sprawy: SP ZOZ/ZP/18/2014 dotyczącego zakupu, dostawy i montażu aparatu RTG ramię C o przyrządy do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.

Odp.: Nie, gdyż Zamawiający (Blok Operacyjny) posiada fantom do kontroli jakości.

Pyt. nr 10

Czy Zamawiający dopuści Aparat RTG ramię C z zakresem ruchu pionowego ramienia C-420 mm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 11

Czy Zamawiający dopuści Aparat RTG ramię C z fluoroskopia pulsacyjną – 0,5- 12 p/s ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza 12 p/s ale nie mniejszą niż 4 p/s.

Pyt. nr 12

Czy Zamawiający dopuści Aparat RTG ramię C z szybkością chłodzenia anody 60 kHU/min?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty.

Odp.: Tak

Pyt. nr 14

Prosimy o doprecyzowanie terminu płatności drugiej i trzeciej raty. Proponujemy aby był to termin 30 dni od daty płatności poprzedniej raty.

Odp.: Ustal się zapis w § 3 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu:

„Płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewem w trzech równych ratach, przy czym pierwsza płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, druga i trzecia płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty płatności poprzedniej”.

Pyt. nr 15

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §7 ust. 1 pkt. a) i b) wzoru umowy z 10% na 5% wartości umowy.

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapis określony w §7 ust. 1, ale podtrzymuje wysokość kary umownej na poziomie 10%.

Pyt. nr 16

Jednocześnie zgodnie z zasadą równości stron umowy, prosimy o wprowadzenie zapisu odnośnie kary umownej obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w analogicznej wysokości jak w §7 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy.

Odp.: Tak, Zamawiający modyfikuje w/w zapis.

Pyt. nr 17

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §9 ust. 2 wzoru umowy na: „W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy”.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pyt. nr 18

Czy w przypadku, gdy wewnętrzne procedury Wykonawcy przy zawieraniu tego typu umów przewidują odsetki za opóźnienie w wysokości 1,5 razy odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 19

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odp.:

Pyt. nr 20

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu „wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem” z rozdziału V ustęp 3 pkt 3 SIWZ. Możliwość zawierania umów, w których podział obowiązków między stronami zależy wyłącznie od ich woli wynika z obowiązującej zasady swobody umów. Zgodnie z art. 353¹ KC strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny wg swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom

współzycia społecznego. Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż w świetle obowiązujących przepisów Wykonawcy dysponują pełną swobodą tworzenia konsorcjów w wybranej przez siebie formie prawnej, a Zamawiający nie może tej swobody w sposób nieuzasadniony ograniczać. „Zamawiający, formułując warunki dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może ograniczyć swobody tworzenia konsorcjum” (orzeczenie regionalnej komisji orzekającej z 16.06.2009 r., sygn. akt 0965-DB/75/09). Dlatego też bezpodstawny jest wymóg Zamawiającego, aby tylko pełnomocnik Konsorcjum był uprawniony do wyłącznego rozliczania kontraktu w imieniu Konsorcjum.

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla powyższy zapis.

Pyt. nr 21

Dot.: Załącznika nr 5 do SIWZ, PARAMETRY TECHNICZNE, pkt 6

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatu, w którym zakres ruchu pionowego ramienia C jest nie mniejszy niż 380 cm.

Wartość ta nieznacznie odbiega od wymaganej i biorąc pod uwagę wysokość stołów operacyjnych czy też zabiegowych jest wystarczająca do wykonywania procedur na Bloku Operacyjnym i nie powoduje ograniczenia funkcjonalności aparatu.

Odp.: Nie.

Pyt. nr 22

Dot.: Załącznika nr 5 do SIWZ, PARAMETRY TECHNICZNE, pkt 7

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatu, w którym zakres ruchu orbitalnego ramienia C jest nie mniejszy niż 132°.

Wartość ta tylko nieznacznie odbiega od wymaganej i nie powoduje ograniczenia funkcjonalności aparatu.

Odp.: Tak

Pyt. nr 23

Dot.: Załącznika nr 5 do SIWZ, PARAMETRY TECHNICZNE, pkt 16

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatu z trwałą klawiaturą membranową na wózku ramienia C do sterowania m.in. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu.

Takie rozwiązanie zapewnia prostą obsługę i łatwe utrzymywanie aparatu w czystości.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 24

Dot.: Załącznika nr 5 do SIWZ, PARAMETRY TECHNICZNE, pkt 19

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatu, którego max częstotliwość fluoroskopii pulsacyjnej wynosi 15 p/s.

Jest to wartość standardowo wystarczająca nawet podczas wykonywania zabiegów kardiologicznych.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 25

Dot.: Załącznika nr 5 do SIWZ, PARAMETRY TECHNICZNE, pkt 31

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatu, w którym pojemność cieplna anody wynosi 270 kHU, zaś pojemność cieplna lampy jest ponad 1,5 razy większa od wymaganej przez Zamawiającego.

Takie parametry cieplne umożliwiają uniknięcie przestojów na chłodzenia lampy podczas wykonywania procedur na sali operacyjnej.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 26

Dot.: Załącznika nr 5 do SIWZ, PARAMETRY TECHNICZNE, pkt 32

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatu, którego szybkość chłodzenia anody wynosi 29,7 KHU/min.

Wielkość ta w odniesieniu do innych wymaganych przez Zamawiającego parametrów lampy rtg jest wystarczająca i umożliwiająca uniknięcie przestojów na chłodzenia lampy podczas wykonywania procedur na Bloku Operacyjnym.

Odp.: Nie.

Pyt. nr 27

Dot.: Załącznika nr 5 do SIWZ, PARAMETRY TECHNICZNE, pkt 53

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania aparatu, którego monitory posiadają maksymalną luminancję nie mniejszą niż 600 cd/m².

Jest to parametr zapewniający bardzo dobrą widoczność obrazu na sali operacyjnej.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 28

Dot.: SIWZ pkt XII.B oraz Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, §3 ust.5

W w/w miejscach Zamawiający określa jedynie termin pierwszej płatności.

Prosimy o potwierdzenie, że płatność uregulowana będzie na podstawie faktury VAT przelewem w trzech równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza płatność nastąpi w terminie 30 dni, druga płatność nastąpi w terminie 60 dni, a trzecia w terminie 90 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający ustala zapis w brzmieniu:

„Płatność uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT przelewem w trzech równych ratach, przy czym pierwsza płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, druga i trzecia płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty płatności poprzedniej.

Pyt. nr 29

Dot.: Załącznika nr 1 do SIWZ, FORMULARZ OFERTY, pkt 2 oraz Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, §3 ust.5

Prosimy o usunięcie w w/w miejscach słowa „skutecznego”.

Zarówno w zapisach umowy, ani w przepisach prawa, ani też w praktyce działania firm z sektora wyrobów medycznych nie istnieje pojęcie i definicja „skutecznego odbioru”. Strony albo protokół odbioru podpisują, albo nie.

Odp.: Tak, Zamawiający usuwa słowo „skutecznego”

Pyt. nr 30

Dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, §1 ust.4

Prosimy o podanie wymaganego czasu trwania tego instruktażu i przeszkolenia oraz podanie ilości pracowników, którzy mają być przeszkoleni.

Odp.: Zamawiający wymaga przeszkolenia 15 osób, w okresie 15 dni od daty zainstalowania aparatu.

Pyt. nr 31

Dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, §3 ust.3

Prosimy o usunięcie w w/w ustępie słowa „nieodpłatnie” i zastąpienie go słowami „w ramach wynagrodzenia umownego”, gdyż słowo „nieodpłatnie” sugeruje darowiznę i może oznaczać dla organów podatkowych obowiązek naliczenia podatku od dochodu. Wskazujemy ponadto, że jest to umowa zawierana w trybie zamówienia publicznego, a więc – zgodnie z ustawową definicją – świadczenia z założenia odpłatnego, i w związku z powyższym usługi lub dostawy nie mogą się odbywać „nieodpłatnie”.

Odp.: Tak, Zamawiający zastępuje słowo nieodpłatnie, słowami „w ramach wynagrodzenia umownego”

Pyt. nr 32

Dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, §4

Celem doprecyzowania zapisów dotyczących warunków gwarancji wnosimy o dodanie w paragrafie 4 umowy ustępów 6 oraz 7 o następującym brzmieniu:

- „6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespołe, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
- a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby),
 - b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
 - c. materiały eksploatacyjne.
7. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia.”

Odp.: Nie.

Pyt. nr 33

Dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, §4

Słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna.

Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi i wprowadzenie w paragrafie 4 umowy ustępu 8 o następującym brzmieniu:

„Na urządzenie Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia.”

Odp.: Nie.

Pyt. nr 34

Dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, §5 ust.5

Celem doprecyzowania zapisów umowy wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu wyrażenia: „od daty jej uwzględnienia”

Odp.: Tak, Zamawiający dopisuje powyższe wyrażenie do wzoru umowy.

Pyt. nr 35

Dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, §7 ust.1

Kary umowne jako forma odszkodowania nie podlegają podatkowi VAT, a więc powinny być liczone od wartości netto. Ponadto podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalenie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia w/w ustępu na następujące:

„Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% ceny netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10 % ceny netto przedmiotu umowy.
- b) Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny netto określonej w § 3 ust.1.
- c) Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny netto określonej w § 3 ust.1.”

Odp.: Zamawiający ustala nowy zapis § 7 wzoru umowy w brzmieniu:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 10 % wartości brutto umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b) w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 0, 2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- a) w wysokości 10 % wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

Pyt. nr 36

Dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa, §7

Coraz szerzej stosowana jest międzynarodowa praktyka, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

W związku z powyższym wnosimy o dodanie w w/w paragrafie ustępu 2 o następującym brzmieniu: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględnie przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do ceny netto przedmiotu umowy. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Odp.: Nie.

Pt. nr 37

Dot.: Załącznika nr 5 do SIWZ, PARAMETRY TECHNICZNE, pkt 62

Prosimy o zmianę w w/w punkcie wymagania dotyczącego terminu dostawy, instalacji, uruchomienia i szkolenia na zgodne z zapisami SIWZ oraz umowy tj. na 90 dni od daty zawarcia umowy.

Odp.: Tak, Zamawiający wyjaśnia, że nastąpiła pomyłka w załączniku Nr 5 i została poprawiona.

Pyt. nr 38

Dot.: Załącznika nr 5 do SIWZ, PARAMETRY TECHNICZNE, pkt 69

Celem doprecyzowania zapisów w w/w punkcie wnosimy o dodanie na końcu opisu wymagania zwrotu:

„od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

Odp.: Tak, zamawiający dodaje ten zapis.

Pyt. nr 39

Dot.: Załącznika nr 5 do SIWZ, PARAMETRY TECHNICZNE, pkt 70

Celem doprecyzowania zapisów w w/w punkcie oraz ujednoczenie z zapisami §4 ust. 5 umowy wnosimy o zmianę brzmienia tego wymagania na następujące:

„Gwarantowany czas naprawy w ramach gwarancji – do 7 dni w przypadku naprawy bez udziału części zamiennych oraz do 10 dni w przypadku naprawy z udziałem części zamiennych (dot. dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”

Odp.: Tak, Zamawiający akceptuje w/w zapis.

Pyt. nr 40

Dot.: Załącznika nr 5 do SIWZ, PARAMETRY TECHNICZNE, pkt 71

Pragniemy przypomnieć, że aparatura medyczna (zwana dalej także „urządzeniem”) będąca przedmiotem niniejszego postępowania swoje działanie oraz funkcjonalności opiera (m.in.) na różnorodnych programach komputerowych na niej zainstalowanych, a odpowiednie ustawienia / opcje tychże programów komputerowych podlegały wraz z całym urządzeniem ocenie w procedurze oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi obejmującymi także kwestie bezpieczeństwa używania danego urządzenia, zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82), jak również mając na uwadze fakt, że nieuprawnione / nieumiejętne używanie oprogramowania zainstalowanego na aparaturze może wpływać na ustawienia / parametry urządzenia (np. dawki promieniowania, jakość obrazu, ruchy urządzenia), a tym samym może wpływać na bezpieczeństwo pacjentów i osób trzecich, w tym personelu Zamawiającego, jakość badań wykonywanych przedmiotową aparaturą, jak również na ważność znaku CE (jeśli zmienione zostaną w sposób nieautoryzowany parametry, które podlegały ocenie w procedurze oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi).

Czy biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający potwierdzi, że jego intencją jest uzyskanie dostępu wyłącznie do oprogramowania niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu / utrzymania urządzenia ?

Odp.: Intencją Zamawiającego jest dostęp do niezbędnego z technicznego punktu widzenia oprogramowania.

Pyt. nr 41

Dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa

Wnosimy o umieszczenie we wzorze umowy klauzuli o następującej treści:

„Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.”

Odp.: Tak, i dodaje w § 3 ust 7 zapis w brzmieniu: Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

Pyt. nr 42

Dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa

Wnosimy o umieszczenie we wzorze umowy klauzuli o następującej treści:

„Wykonawca zastrzega sobie własność sprzedawanych urządzeń do momentu uiszczenia przez Zamawiającego pełnej ceny określonej w § 3”.

Odp.: Tak

Pyt. nr 43

Dot.: przedmiotowego postępowania

Z uwagi na realizację zakupu w formie ratalnej, uprzejmie prosimy Kupującego o szczegółową informację odnośnie obecnie obowiązujących kontraktów z NFZ wraz ze wskazaniem wartości w PLN oraz stopniem wykonania, a także okresu do kiedy obowiązują.

Odp.: Zamawiający posiada kontrakt z NFZ, którego wartość wynosi ok. 29 862 000,00 zł, stopień wykonania na poziomie 105 %, kolejny kontrakt w zależności od decyzji NFZ będzie aneksowany lub będzie ogłoszony konkurs.

Pyt. nr 44

Dot.: przedmiotowego postępowania

Z uwagi na realizację zakupu w formie ratalnej, uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy ?

Odp.: Tak, dopuszcza.

Pyt. nr 45

Dot.: przedmiotowego postępowania

Zważywszy, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, a związane z wykonaniem przedmiotu umowy będzie dokonywane w formie ratalnej, w celu dokonania wewnętrznej analizy sytuacji finansowej Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

- podanie informacji o ewentualnych postępowaniach egzekucyjnych toczących się przeciwko Zamawiającemu w chwili obecnej,
- udostępnienie danych finansowych Zamawiającego za lata 2011 - 2013 (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz za poszczególne miesiące 2014),
- udostępnienie aktualnych, nie starszych niż 1 miesiąc, zaświadczeń z US i ZUS o niezaleganiu Zamawiającego z opłatami,

Odp.: Przeciw Zamawiającemu nie toczą się postępowania egzekucyjne, dane finansowe Zamawiającego w załączeniu do niniejszego wyjaśnienia oraz oświadczenia, że Zamawiający nie posiada zaległości w opłacaniu składek w ZUZ i US.

Pyt. nr 46

Dot.: przedmiotowego postępowania

Zważywszy, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, a związane z wykonaniem przedmiotu umowy będzie dokonywane w formie ratalnej, w celu dokonania wewnętrznej analizy sytuacji finansowej Zamawiającego prosimy o odpowiedź czy bieżące zobowiązania Zamawiającego regulowane są terminowo ?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 47

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, którego głębokość ramienia C wynosi 66,5cm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 48

Czy Zamawiający zgodzi się, aby prześwit ramienia C wynosił 76 cm?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 49

Czy Zamawiający zgodzi się, aby oferowany przez nas aparat nie posiadał dotykowego panelu na ramieniu C, natomiast był wyposażony w 2 panele membranowe, umieszczone po

obu stronach ramienia C, też działające na zasadzie sterowania dotykowego, do sterowania funkcjami aparatu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 50

Czy Zamawiający zgodzi się na minimalne natężenie prądu wynoszące 0.5 mA?

Odp.: Jeżeli pytanie dotyczy pkt 23 Załącznika nr 5 (parametry techniczne) Zamawiający dopuszcza minimalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej ≤ 3 mA

Pyt. nr 51

Czy Zamawiający zgodzi się aby szybkość chłodzenia anody wynosiła 61 kHU?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 52

Dotyczy punktu 4 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu z prześwietleniem ramienia C wynoszącym 760mm? Wyjaśniamy, że jest to różnica 2 cm (20mm) w stosunku do wartości minimalnej i nie ma ona żadnego wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu, jest tylko wartością konstrukcyjną.

Odp.: Tak

Pyt. nr 53

Dotyczy punktu 5 Załącznika nr 5 do SIWZ

W związku z skrupulatnym punktowaniem wartości stałych ramienia C prosimy o ocenę techniczną możliwości ruchowych ramienia C w zakresie ruchu poziomego ≥ 200 mm – 10pkt.

Odp.: Nie.

Pyt. nr 54

Dotyczy punktu 6 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu z zakresem ruchu pionowego ramienia C wynoszącym 420mm? Pragniemy podkreślić, iż wartość ta jest indywidualna dla danej konstrukcji aparatu. Aparat o niższej podstawie musi oferować większy zakres ruchu, a aparatu o wyższej podstawie posiadają minimalnie mniejszy zakresy ruchu.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 55

Dotyczy punktu 8 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o wprowadzenie oceny technicznej do tak znaczącego parametru jakim jest zakres rotacji ramienia C wokół osi wzdłużnej na $>200^\circ$ - 10pkt.

Pragniemy podkreślić, iż np. ortopedia często pracuje z wzmacniaczem obrazu pod blatem stołu, zakres 180 stopni utrudnia więc pracę, gdyż można wykonać zdjęcie PA i tylko skos w jednym z kierunków. Mając w aparacie większy zakres ruchu, aparat umożliwi wykonanie wszystkich zdjęć jakie są potrzebne podczas zabiegu PA oraz skosy w obydwu kierunkach.

Odp.: Nie.

Pyt. nr 56

Dotyczy punktu 18 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie wysokowydajnego aparatu z generatorem 7,5kW oferującego zakres prądów fluoroskopii i radiografii po 75mA?

W nawiązaniu do wstępu Zamawiający może zauważyć, iż rozwiązanie opisane w SIWZ jest rozwiązaniem przestarzałym, gdyż przy generatorze 12kW możliwe jest wykorzystanie tylko 10mA prądu, reszta to ciepło oddawane do otoczenia, a na pewno się Zamawiający zgodzi, iż nie chodzi o ogrzewanie pomieszczenia aparatem. Dla pełnego zrozumienia zagadnienia pragniemy podkreślić, iż rzeczywista moc wykorzystywana przez opisane rozwiązanie w SIWZ zgodnie z normą IEC 60601 tzn. (napięcie dla 100kV X prąd = moc generatora) przy opisanych parametrach to $100 \times 10 = 1$ kW, jak widzimy to znacząco mniej niż 12kW co oznacza, iż Zamawiający będzie posiadał jeden z najdroższych grzejników dający 11kW ciepła. Dla porównania proponowane przez nas rozwiązanie, moc maksymalna generatora 9kW, moc zgodna z IEC 60601 to 7,5kW czyli tylko 1,5kW to straty ciepła.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z wyżej opisanym generatorem.

Pyt. nr 57

Dotyczy punktu 22 Załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie oceny do punktu opisującego natężenie dostępnego prądu na $\geq 70\text{mA}$ – 20pkt co zapewni Zamawiającemu większe możliwości diagnostyczne aparatu?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 58

Dotyczy punktu 23 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu lub dopuszczenie aparatu z zakresem prądu 1,5mA do 75mA? Prawdopodobnie Zamawiający miał na myśli zakres prądu $\leq 2\text{mA}$. Wartość mili to tysięczna część ampera, wartość poniżej 1,5mA w aparatach z ramieniem C nie jest nam znana i przypuszczamy, iż jest to tylko błąd pisarski.

Odp.: Zamawiający ustala minimalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej na poziomie $\leq 3\text{mA}$.

Pyt. nr 59

Dotyczy punktu 33 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie oceny do tak ważnego parametru jakim jest pojemność cieplna kołpaka lampy? Proponujemy zapis $\geq 4900\text{kHU}$ – 20 pkt. Im większa wartość pojemności cieplnej, tym dłużej aparat może pracować na wyższych parametrach bez niebezpieczeństwa przegrzania się aparatu podczas zabiegu. W naszym aparacie dzięki zastosowaniu układu chłodzenia o wartości ponad 3x większej niż w aparatach konkurencyjnych nie jest nam znany przypadek przegrzania aparatu.

Odp.: Nie.

Pyt. nr 60

Dotyczy punktu 43 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o wprowadzenie oceny do punktu „dynamika obrazu przetworzonego $\geq 12\text{bit}$, $\geq 24\text{bit}$ - 20pkt. Zakres ilości bit mówi o dostępnej skali szarości jaką jest w stanie aparat wygenerować, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość obrazu.

Odp.: Nie.

Pyt. nr 61

Dotyczy punktu 56 Załącznika nr 5 do SIWZ

Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, iż archiwizacja na USB i DVD na się odbywać w wymaganym standardzie DICOM opisanym w punkcie 55?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 62

Dotyczy punktu 60 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o anulowanie punktacji w w/w punkcie, gdyż obecna punktacja działa na szkodę Zamawiającego, gdyż tylko układ monobloku pozwala na zredukowanie poziomu promieniowania rozproszonego.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z punktacji tego rozwiązania technicznego.

Pyt. nr 63

Dotyczy pkt 2.7) Rozdziału V SIWZ

Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli w w/w punkcie następujący zapis: „Zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ”

Odp.: Tak

Pyt. nr 64

Dotyczy punktu 62 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o zmianę zapisu terminu dostawy do 90 dni od daty podpisania umowy zgodnie z zapisem w Rozdziale III SIWZ i ust.2 § 3 Projektu umowy.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 65

Dotyczy ust.5§ 4 Projektu umowy

Prosimy o zmianę powyższego zapisu dotyczącego terminu naprawy zgodnie z punktem 70 Załącznika nr 5 do SIWZ.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 66

Dotyczy punktu 67 Załącznika nr 5 do SIWZ

W związku z tym, że „Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji”, zawiera się w Instrukcji obsługi aparatu, prosimy o informacje, czy Zamawiający będzie wymagał 2 egz. tego samego dokumentu?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 67

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym do bieżącego serwisowania, konfigurowania i diagnozowania aparatu wystarczające jest hasło do poziomu serwisowego, oprogramowanie serwisowe wbudowane jest w systemie aparatu i dostępne jest po wprowadzeniu hasła. Hasło serwisowe będzie przekazane Zamawiającemu, tak samo jak komplet dokumentacji technicznej oraz użytkownika.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 68

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, prosimy o umieszczenie zapisu, obciążającego również karą Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odp.: Tak, Zamawiający zmodyfikował zapis wzoru umowy.

W załączeniu:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ –wzór umowy.
2. Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.
3. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale.
4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUZ i US.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
.....
lek. med. Jacek Krut
(Dyrektor/kierownik Zamawiającego)

Do wiadomości:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.
2. Strona internetowa Zamawiającego.
3. a/a.

INSPEKTOR OCHRONY
RADIOLOGICZNEJ

Edyta Łonak

GIS 512R/2009