



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29  
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00  
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

SP ZOZ/DZ/20/2019  
(nr ref. postępowania)

Myszków dnia 12-07-2019r.

.....  
(Wykonawcy/strona internetowa Zamawiającego  
[www.bip.zozmyszkow.pl](http://www.bip.zozmyszkow.pl))

**Wyjaśnienia**

**do treści zapytania ofertowego na zadanie:**

**Usługi w zakresie napraw pogwarancyjnych i przeglądów technicznych urządzeń oraz sprzętu medycznego znajdujących się w placówkach podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do treści zapytania ofertowego na w/w zadanie w załączeniu przesyłamy następujące wyjaśnienia:

**Pytanie nr 1. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.3 poz. 23:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 23 z tabeli 2.3 pakietu nr 2 i utworzy nowy odrębny pakiet. Wydzielenie umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza asortymentowo-cenowego.

**Pytanie nr 2. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.5 poz. 37:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 37 z tabeli 2.5 pakietu nr 2 i utworzy nowy odrębny pakiet. Wydzielenie umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza asortymentowo-cenowego.

**Pytanie nr 3. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.10 poz. 8-13, 19-20:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8-13 i 19-20 z tabeli 2.10 pakietu nr 2 i utworzy nowy odrębny pakiet. Wydzielenie umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza asortymentowo-cenowego.

**Pytanie nr 4. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.15 poz. 5-7:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5-7 z tabeli 2.15 pakietu nr 2 i utworzy nowy odrębny pakiet. Wydzielenie umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza asortymentowo-cenowego.

**Pytanie nr 5. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.16 poz. 21:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 21 z tabeli 2.16 pakietu nr 2 i utworzy nowy odrębny pakiet. Wydzielenie umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza asortymentowo-cenowego.

**Pytanie nr 6. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.17 poz. 13:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 13 z tabeli 2.17 pakietu nr 2 i utworzy nowy odrębny pakiet. Wydzielenie umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza asortymentowo-cenowego.

**Pytanie nr 7. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.1 poz. 1-43:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów . Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów pomp infuzyjnych, objętościowych, strzykawkowych w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

**- Akumulator**

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

**Odp.:** Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 8. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.3 poz. 1-22:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów . Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów monitorów w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

**- Akumulator**

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których monitorów Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

**Odp.:** Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 9. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.16 poz. 21:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora SIPAP Infant Flow co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu
- Akumulator
- Filtr tlenu
- Filtr/ogranicznik ogni w paliwowych
- Filtr pułapki wodnej
- Zawory kontrolne napędu
- Ogranicznik filtra odpowietrzającego obudowy

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów SIPAP Infant Flow Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

**Odp.:** Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 10. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.16 poz. 21:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora SIPAP Infant Flow co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Alarm blendera i komponenty obejścia

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów SIPAP Infant Flow Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest

wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 11. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.16 poz. 21:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora SIPAP Infant Flow co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Zawór elektromagnetyczny

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów SIPAP Infant Flow Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 12. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.17 poz. 6-9:**

Zgodnie z (/OWZ/inne) treść wymogu.

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Physio Control LifePak 15 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator



**- Kabel EKG**

Potencjalni wykonawcy nie mają wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. Części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Physio Control LifePak 15 Zamawiający wymaga wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 13. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.17 poz. 6-9:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Physio Control LifePak 15 co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

**- Bateria podtrzymania pamięci**

Potencjalni wykonawcy nie mają wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Physio Control LifePak 15 Zamawiający wymaga wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 14. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.17 poz. 6-9:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Physio Control LifePak 15 wymiana poszczególnych części serwisowych jest

uwarunkowana określonym stopniem zużycia. Mając na uwadze powyższe prosimy o wskazanie czy podlega wymianie następując element:

- Przyłącza akumulatora

Potencjalni wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla defibrylatora Physio Control LifePak 15 Zamawiający wymaga wymiany ww. części. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 15. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.17 poz. 9a-10:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Physio Control LifePak 12 w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Physio Control LifePak 12 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 16. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.17 poz. 9a-10**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i potencjalnym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na

zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

W modelu Physio Control LifePak 12 występują trzy rodzaje akumulatorów:

11141-000106	Li-Ion, 11.1V 7.2Ah, 0,58kg
11141-000149	Ni-cd, 12V 1,6Ah, 0,70kg
11141-000028	Lead, 12V 2,5Ah, 1,30kg

Prosimy o jednoznaczną informację w jaki model akumulatora wyposażony jest każdy z defibrylatorów LifePak 12. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie tego stwierdzić. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Physio Control LifePak 12 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować rodzaju tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Physio Control LifePak 12 Zamawiający wymaga wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 17. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.17 poz. 9a-10:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Physio Control LifePak 12 co 24 m-ce wymagana jest wymiana następujących części:

- Przyłącza akumulatora

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Physio Control LifePak 12 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie

jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 18. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.17 poz. 9a-10:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Physio Control LifePak 12 co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

**- Bateria podtrzymania pamięci**

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Physio Control LifePak 12 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 19. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.17 poz. 11:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Physio Control LifePak 20 w ze względu na stan zużycia wymagana jest wymiana

następujących części:

**- Akumulator**

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Physio Control LifePak 20 Zamawiający wymaga w trakcie okresu



obowiązania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji nakazujących Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 20. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.17 poz. 11:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Physio Control LifePak 20 co 48 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:


**- Bateria podtrzymania pamięci**

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Physio Control LifePak 20 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 21. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.18 poz. 2:**

W celu umożliwienia potencjalnym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania ofertowego. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.



Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu Respirator + Kompresor powietrza 15401M  
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie.

Odp.: Zamawiający informuje, że Respirator posiada nazwę BIRD 8400 STi seria: KJHO 1380; Kompresor powietrza 15401M Nr serii ARWH nr: 0069. Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 22. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.18 poz. 8:**

W celu umożliwienia potencjalnym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania ofertowego. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu respiratora Weinman. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie.

Odp.: Zamawiający informuje, że respirator Weinman posiada nr: SN 15296. Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 23. Dotyczy: Pakiet 2 tabela 2.18 poz. 3, 5, 9:**

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego usługa serwisowa sprzętu zamawiającego polega na wykonywaniu czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Medumat Standard Weinman wymagana jest wymiana następujących części:

Zestaw konserwacyjny 2 letni

Zestaw konserwacyjny 8 letni

Zestaw konserwacyjny 12 letni

Zestaw konserwacyjny (14) 16 letni

Odpowiednio co 2, 8, 12, 14/16 lat

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy

o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Medumat Standard Weinman Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania ceny ryczałtowej za wykonanie przeglądu, natomiast ewentualna wymagana wymiana części i podzespołów dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną propozycję cenową Wykonawcy i uzyskaną akceptację ze strony Zamawiającego.

**Pytanie nr 24** Tabela 2.14 – załącznik nr 2

Zwracamy się z prośbą o podanie modelu aparatu USG z pozycji nr 1, nazwa IPC jest nazwą monitora, a nie konsoli aparatu.

**Odp.:** Zamawiający błędnie podał jeden aparat w dwóch pozycjach t.j.: poz. 1 i poz. 8.

Po poprawce treści załącznika nr 2, w/w aparat zapisany jest w tabeli 2.14 poz. nr 6, pod nazwą Aloka SSD – 3500.

**Pytanie nr 25**

Jako dystrybutor uprzejmie informujemy, iż aparat USG Samsung HS40 wymieniony w pozycji 5 jest aparatem na gwarancji do 2021 r., a więc ma w tym okresie zapewnione darmowe przeglądy gwarancyjne. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie aparatu z tabeli. Dodatkowo informuję, iż wszelkie ingerencje w aparat osób nieupoważnionych będą skutkowały utratą gwarancji na sprzęt.

**Odp.:** Tak, Zamawiający wykreśla w/w aparat z załącznika nr 2 tabela 2.14.

**Pytanie nr 26**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu poz. 2 i 3 USG Logiq C5 zawartych w Tabeli 2.14, a tym samym umożliwienie złożenia ofert częściowych na ww. urządzenia.

Wskazujemy, iż wskazany w Tabeli 2.14 przedmiot zamówienia nie jest niepodzielny, obejmuje kilka urządzeń różnych producentów. Wyodrębnienie elementów przedmiotu zamówienia do osobnej części/pakietów zwiększy konkurencyjność i tym samym obniży koszty dla Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dokonanie zmiany zakresu zamówienia objętego Tabelą 2.14 poprzez podział pakietu, bez konieczności składania ofert na wszystkie urządzenia.

**Odp.:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza asortymentowo-cenowego.

**W załączeniu – zmodyfikowany pakiet nr 2 w zakresie Tabeli 2.14.**

Do wiadomości:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.
2. Strona internetowa Zamawiającego: [www.bip.zozmyszkow.pl](http://www.bip.zozmyszkow.pl)
3. a/a.

Sporządził:

~~Starszy Referent~~  
ds. Zamówień Publicznych

*Marek Winiarski*

*Dariusz Kaczmarek*  
.....DIREKTOR.....  
(Dyrektor/Kierownik Zamawiającego)  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Myszkowie

*Dariusz Kaczmarek*