



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Myszków dnia 20-11-2019r.

SP ZOZ/DZ/43/2019
(nr postępowania)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)
(strona internetowa Zamawiającego)
www.bip.zozmyszkow.pl

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie:

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z odczynnikami do badań manualnych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

W związku z zapytaniami do treści zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniamy, co następuje:

Pyt. nr 1

Pakiet nr 1, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości diagnostycznej 98% i swoistości diagnostycznej 97%?

Odp. : Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pyt. nr 2

Pakiet nr 1, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości 97,3% i swoistości 98,4%?

Odp.: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pyt. nr 3

Pakiet nr 1, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści test bez dołączonego w zestawie materiału kontrolnego dodatniego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pod warunkiem zaoferowania dodatkowego materiału kontrolnego dodatniego, który to materiał trzeba uwzględnić w kalkulacjach na cały okres trwania umowy, w ilości wystarczającej na dwukrotne wykonanie kontroli z jednego opakowania testów, z uwzględnieniem trwałości materiału kontrolnego po jego otwarciu.

Pyt. nr 4

Pakiet nr 1, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału kontrolnego dodatniego niebędącego składową zestawu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i jednocześnie wymaga aby materiał kontrolny dodatni uwzględnić w kalkulacjach na cały okres trwania umowy w ilości wystarczającej na dwukrotne wykonanie kontroli z jednego opakowania testów, z uwzględnieniem trwałości materiału kontrolnego po jego otwarciu.

Pyt. nr 5

Pakiet nr 1, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści test wykazujący brak reakcji krzyżowych z następującymi bakteriami i wirusami: *Entamoeba coli*, *Blastocystis hominis*, *Iodamoeba butschlii*, *Chilomastix mesnili*, *Endolimax nana*, *Taenia spp Eggs*, *Giardia lamblia*, *Helicobacter pylori*, *Campylobacter jejuni*, *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Astrovirus* ?

Odp.: Zamawiający wymaga złożenia oferty z SIWZ.

Pyt. nr 6

Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści próbki z PP, mleczne? Reszta parametrów bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. nr 7

Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający może sprecyzować do kapilar jakiej średnicy zatyczek wymaga?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania zatyczek kompatybilnych do kapilar o średnicy zewnętrznej 1,75mm.

Pyt. nr 8

Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający może sprecyzować do kapilar o jakiej średnicy mieszalników wymaga?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania mieszalników kompatybilnych do kapilar o średnicy zewnętrznej 1,75mm i pojemności 115 ul.

Do wiadomości:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.zozmyszkow.pl
3. a/a.

Sporządził:

Starszy Referent
ds. Zamówień Publicznych

Marek Winiarski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
(Dyrektor/Kierownik Zamawiającego)

Dariusz Kaczmarek