

Myszków, 03.10.2014 r.

**Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na zadanie:**

**„Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika testów paskowych dla potrzeb Laboratorium Szpitala Powiatowego w Myszkowie”**

**Pytanie Nr 1** – Załącznik Nr 4 do SIWZ par. 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności odczynników na 6 miesięcy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 2** - Załącznik Nr 4 do SIWZ par. 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu „w ramach czynszu dzierżawnego”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 3** - Załącznik Nr 4 do SIWZ par. 4 ust. 7, 8 i 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatnie” i „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 4** - Załącznik Nr 4 do SIWZ par. 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w następującym brzmieniu:

„Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy oraz obowiązuje z dniem wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 5** - Załącznik Nr 4 do SIWZ par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 6** - Załącznik Nr 4 do SIWZ par. 7 ust. 5

Prosimy o usunięcie par. 7 ust. 5.

Uzasadnienie:

Zamawiający zawarł analogiczną regulację w par. 7 ust. 3, zatem nie ma potrzeby po raz kolejny regulować tej kwestii w par. 7 ust. 5.

Odp.: Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 7** - Załącznik Nr 4 do SIWZ par. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4, 95 % wartości brutto umowy”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 8** - Załącznik Nr 4 do SIWZ par. 7

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”

Odp.: Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 9** - pkt. 6 parametrów granicznych – czytnik pasków

a

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora kalibrującego się automatycznie przy użyciu wewnętrznego paska kalibracyjnego oraz dodatkowo rekalkibrowanego za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych, które będą dostarczane bezpłatnie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie Nr 10** - pkt. 6 parametrów granicznych – czynnik pasków

W związku z wymogiem kalibracji, czy Zamawiający wymaga również konieczności podglądu i wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość podglądu i wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych dotyczących kalibracji.

**Pytanie Nr 11** - pkt. 7 warunków granicznych – odczynniki

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na dwóch poziomach w ilości potrzebnej do oznaczeń codziennych na dwóch poziomach?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej wykonywanej codziennie na dwóch poziomach. Do zaoferowanej ilości pasków należy doliczyć paski przeznaczone do wykonania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz zewnątrz laboratoryjnej.

**Pytanie Nr 12** – dotyczy pkt. 4 § 4 wzoru umowy

W związku z art. 2 pkt. 38 rozdział 1 i art. 14 rozdział 2 Ustawy o wyrobach medycznych zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatora z oprogramowaniem w języku angielskim z pełną instrukcją w języku polskim.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 13**

Czy Zamawiający wymaga wyceny kontroli międzynarodowej, zgodnie z formularzem cenowym czy też zapewnienie udziału wg punktu 8 warunków granicznych należy potraktować, jako bezpłatne?

Odp.: Zamawiający wymaga wyceny kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

Z upoważnienia Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie  
Z-CA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

*mgr Jan Dyrka*  
(Dyrektor/Kierownik Zamawiającego)